

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**MODO DE DISPUTA ABERTO**  
**CARÁTER SIGILOSO DO PREÇO ESTIMADO**  
**EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022**

Processo Administrativo nº 00.037.035/2022-1

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a **EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA**, por meio do Departamento de Licitações e Contratos - LICON, sediada junto a Rua Orivaldo- M. de Souza, 40, Bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá – MT realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento **menor preço por item** nos termos da Lei Nº 13.303, de 30 de junho 2016, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as exigências estabelecidas nesse Edital.

**Data da sessão:** 04 de Novembro de 2022.

**Horário:** 09h30min (horário de Brasília - DF)

**Local:** Bolsa de Licitação – [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)

**1. DO OBJETO**

**1.1.** O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para futura e eventual Aquisição, sob demanda, de equipamentos médicos hospitalares para atender os setores assistenciais do Hospital Municipal de Cuiabá Drº Leony Palma de Carvalho – HMC e Hospital Municipal de São Benedito – HMSB, ambos geridos e administrados pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, conforme quantitativo e especificações descrita neste Edital e seus anexos.

**1.2.** A licitação será realizada por item.

**1.3.** O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

**2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**2.1.** As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Empresa Cuiabana de Saúde Pública para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

**Órgão:** 16 – Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade:** 501- Empresa Cuiabana de Saúde Pública

**PAOE:** 2432 - Ações de Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatoriais – HMC

2433 – Ações de Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatoriais – HMSB

**Natureza:** 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente



**Fonte:** 659 – Demais Recursos Destinados a Saúde

### **3. DO REGISTRO DE PREÇOS**

**3.1.** As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta da Ata de Registro de Preços.

**3.2.** A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, no âmbito estadual ou municipal, responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013.

**3.3.** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

**3.4.** As aquisições adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

**3.5.** As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao todo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

**3.6.** Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

**3.7.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

### **4. DO CREDENCIAMENTO**

**4.1.** O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br). (Art. 9º, § 1º, do Decreto nº. 10.024/2019).

**4.2.** O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;

**4.3.** É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma

eletrônica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (Art. 19, III, do Decreto nº. 10.024/2019);

**4.4.** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

**4.5.** É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais bem como dos documentos anexados na plataforma e mantê-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados;

**4.5.1.** A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

**4.6.** A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

**4.7.** Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através dos telefones: (41) 3097.4600 - Curitiba-PR, através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br).

**Nota explicativa 01:** O credenciamento exigido no art. 9º do Decreto nº. 10.024/2019 constitui-se em cadastro prévio de identificação, com a finalidade de agilizar o procedimento e permitir a efetiva participação dos interessados no certame.

**Nota explicativa 02:** A Empresa Cuiabana de Saúde Pública, através de Termo Cooperação Técnica/Licença de Uso de uso do Software passou a realizar seus Pregões Eletrônicos através da plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, e aquele que deseje participar na forma de licitante, terá que se cadastrar inicialmente no Portal da BLL, ao qual implicará pagamento de taxa de utilização da plataforma à BLL, conforme termo de adesão da própria.

## 5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

**5.1.** Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que comprovarem por meio de documentação que a atividade da empresa é pertinente e compatível ao objeto desta licitação e que atendem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos e que estejam, obrigatoriamente, cadastrados no sistema eletrônico utilizado neste processo;

**5.2.** Caberá ao licitante interessado em participar do pregão:

**5.2.1.** Credenciar-se previamente ao Sistema Eletrônico, no site [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br). (Art. 19, I, do Decreto nº. 10.024/2019).

**5.2.2.** Remeter, no prazo estabelecido, **EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA**, os documentos de habilitação e proposta conforme estabelecido **nos itens 6 a 10 deste edital** e, quando necessário, os documentos complementares. (Art. 19, II, do Decreto nº. 10.024/2019).

**5.2.3.** Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (Art. 19, III, do Decreto nº. 10.024/2019).

**5.2.4.** Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. (Art. 19, IV, do Decreto nº. 10.024/2019).

**5.2.5.** Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. (Art. 19, V, do Decreto nº. 10.024/2019).

**5.2.6.** Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; (art. 19, VI, do Decreto nº. 10.024/2019), e;

**5.2.7.** Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. (Art. 19, VII, do Decreto nº. 10.024/2019).

**5.3.** As cotas distribuídas, conforme Art. 48 da Lei complementar 14/2014 – Os Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 – Cotas de 25% - destinado a participação exclusiva de empresa enquadrada como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, **SEM PREJUÍZO DA PARTICIPAÇÃO NA COTA PRINCIPAL.**

#### **5.4. A PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO SIGNIFICA:**

**5.4.1.** Que a licitante e seus representantes leram este edital, conhecem e concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos;

**5.4.2.** Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a regulam e conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma eletrônica;

**5.4.3.** Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos anexos;

**5.4.4.** Caso tenham dúvidas das exigências contidas no edital, deve a licitante solicitar esclarecimentos nos termos do item 21 deste edital, ou, caso necessário impugnar o certame nas mesmas condições do item 21.

#### **5.5. Não poderão participar desta licitação os interessados:**

**5.5.1.** Que se enquadrem em algum impedimento elencado no artigo 38 da Lei 13.303 de 2016;

**5.5.2.** Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

- 5.5.3.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
- 5.5.4.** Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o TCU, durante o prazo da sanção aplicada;
- 5.5.5.** Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
- 5.5.6.** Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;
- 5.5.7.** Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
- 5.5.8.** Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 5.5.9.** Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;
- 5.5.10.** Que estejam sob falência que estejam sob concurso de credores, insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.
- 5.6.** Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.
- 5.6.1.** Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.
- 5.7.** Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
- a.** Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou
  - b.** De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante
- 5.7.1.** Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010);
- 5.8.** Nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.
- 5.9. Como condição para participação no Pregão,** o licitante deverá anexar as declarações no sistema eletrônico, relativo às seguintes **declarações:**



**5.9.1.** Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

**5.9.1.1.** Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a empresa deverá ser cadastrada no sistema eletrônico como ME;

**5.9.1.2.** Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, caso não esteja cadastrada no sistema eletrônico como ME, apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

**5.9.2.** Declarar que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

**5.9.3.** Declarar que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame; ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

**5.9.4.** Declarar que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

**5.9.5.** Declarar que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

**5.9.6.** Declarar que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

**5.7.** A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

## **6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**6.1.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. (Art. 26 do Decreto nº. 10.024/2019)

**6.2.** As licitantes deverão apresentar os documentos de forma legível, com condição para análise inclusive os selos e autenticações que serão utilizados para autenticidades e diligências, deverão ainda encaminhar apenas os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis e não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos documentos, depois de entregues.

**6.2.1** Os documentos de habilitação deverão estar atualizados e com prazo vigente na data da sessão de abertura, e poderão ser apresentados em original, por qualquer

processo de cópia autenticada por órgão competente ou por Servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos originais, ou, por publicação em órgão de imprensa oficial ou ainda em autenticação online desde que contenham:

- a)** O “Selo Digital” para os documentos autenticados em cartório digital.
- b)** Código de autenticidade e/ou protocolo para as certidões de expedição online.
- c)** Assinatura digital para os documentos que houver necessidade de assinatura do responsável.

**6.2.2** Não serão aceitos protocolos de entrega, solicitações de documento ou comprovantes de pagamento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, e nem documentos cujas datas estejam rasuradas.

**6.3.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

**6.4.** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**6.5.** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. (art. 26, §6º, do Decreto nº 10.024/2019).

**6.6.** Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. (art. 26, §7º, do Decreto nº 10.024/2019).

**6.7.** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. (art. 26, §9º, do Decreto nº 10.024/2019).

## **7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

**7.1.** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

**7.1.1.** *Valor por item;*

**7.1.2.** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, marca, modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no Órgão competente, quando for o caso (no que couber).

**7.2.** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

**7.3.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

**7.4.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, bem como deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

**7.5.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**7.6.** O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

**7.7.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

**7.7.1.** O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

**7.7.2.** Se a marca identificar o licitante deverá colocar "marca própria"

## **8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

**8.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

**8.2.** O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

### **8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.**

**8.2.2.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

**8.2.3.** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.



**8.3.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

**8.4.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

**8.5.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**8.5.1.** O lance deverá ser ofertado pelo menor valor por item.

**8.6.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

**8.7.** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**8.8.** Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**8.9.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**8.10.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**8.11.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

**8.12.** Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

**8.13.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**8.14.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**8.15.** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**8.16.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de

decorridas 24h00min (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**8.17.** O Critério de julgamento adotado será o *menor preço* conforme definido neste Edital e seus anexos.

**8.18.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**8.19.** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

**8.20.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**8.21.** A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**8.22.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

**8.23.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**8.24.** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

**8.25.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

**8.25.1.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**8.25.2.** O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**8.25.3.** É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

**8.26.** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.**

**9.1.** Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

**9.2.** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo estimado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

**9.2.1.** Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

**9.3.** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

**9.4.** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

**9.5.** O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

**9.5.1.** É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

**9.5.2** Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

**9.6.** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

**9.7.** Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

**9.8.** O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

**9.8.1.** Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

**9.8.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**9.9.** Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

**9.10.** Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

**9.10.1** Caso o Pregoeiro decida analisar os documentos de habilitação do vencedor de imediato, estará informando aos licitantes via chat, que deverão ficar aguardando pelo resultado, que logo após será aberto prazo recursal.

## 10. DA HABILITAÇÃO

**10.1.** Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis));
- b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));
- c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

**10.1.1.** Para a consulta de licitante pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>).

**10.1.2.** A consulta ao cadastro será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

**10.1.2.1.** Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

**10.1.2.2.** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

**10.1.2.3.** O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

**10.1.3.** Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

**10.1.4.** No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.



**10.1.5.** O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(s) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

**10.2.** Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de inabilitação.

**10.3.** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

**10.5.** Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

**10.6.** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

**10.6.1.** Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

**10.7.** Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

**10.8. Habilitação jurídica:**

**10.8.1.** No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

**10.8.2.** Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

**10.8.3.** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

**10.8.4.** Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

**10.8.5.** No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento Nacional de Registro do Empresarial e Integração - DREI;

**10.8.6.** No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

**10.8.7.** No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

**10.8.8.** No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

**10.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;**

**10.9. Regularidade fiscal e trabalhista:**

**10.9.1.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

**10.9.2.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

**10.9.3.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

**10.9.4.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

**10.9.5.** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**10.9.6.** Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, a Certidão Regularidade de Débito Fiscal (CND) expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda e/ou Finanças do domicílio tributário da licitante.

**10.9.7.** Prova de Regularidade de Dívida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário da empresa. **(Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada).**

**10.9.8.** Prova de Regularidade de Débito fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio tributário;

**10.9.9.** Prova de Regularidade de Dívida Ativa de competência da Procuradoria Municipal do respectivo domicílio tributário da empresa **(Ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de legislação municipal, quando será aceita a certidão unificada).**

**Nota explicativa 03:** Em caso de as Certidões serem unificadas esta informação terá que estar explícita no documento ou o licitante deverá através de outro documento idôneo demonstrar que a certidão é de fato unificada.

**10.9.10.** Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

**10.9.11.** Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

## **10.10. Qualificação Econômico-Financeira.**

**10.10.1.** BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, devidamente registrado ou arquivado na junta comercial, cartório ou Receita Federal (SPED ou ECD), juntamente com os Termos de Abertura e de Encerramento, fundamentado nos (arts. 1.181 e 1.184 § 2º da Lei 10.406/02, Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) nº 2018/NBCTSP16).

**10.10.1.1.** As microempresas e as empresas de pequeno porte, que preencham as condições estabelecidas no art. 34 da Lei nº. 11.488/07, estão dispensadas do balanço patrimonial apenas para fins fiscais.

**Assim, para a presente licitação, é OBRIGATORIA a apresentação desta peça.**

**10.10.1.2.** No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

**10.10.1.3.** É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

**10.10.1.4.** Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

**10.10.1.5. NÃO** serão admitidos balanço patrimonial, DRE e termos de abertura e encerramento, parte em "Livro Diário", parte em "Registro Digital" ou parte em "ECD" ou "SPED". Devendo o licitante optar por uma das formas de apresentação.

**10.10.2.** A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante apresentação de planilha com obtenção dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 01 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

**10.10.3.** Caso o resultado de qualquer dos índices seja menor que 1 (um), o Licitante deverá apresentar as informações contábeis, na forma da lei, a fim de comprovar que possui capital social registrado ou patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) sobre valor da proposta apresentada para o lote ou do item pertinente.

**10.10.3.1** Caso o Licitante apresente proposta mais vantajosa para mais de um ITEM, deverá comprovar que possui capital social ou patrimônio líquido igual ou superior ao somatório dos valores acima previstos, relativos a cada um dos Itens/Lotes ofertados.

**10.10.4 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL** expedida pelo distribuidor da sede da licitante para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de realização da sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for definido na própria certidão.

a) Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor.

**10.10.5.** As empresas interessadas em participar do referido processo licitatório que estejam em processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL deverão apresentar:

**10.10.5.1. CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL** expedida pelo órgão distribuidor da sede da licitante para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de realização da sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for definido na própria certidão.

- a) A certidão citada no item anterior deverá ser acompanhada de comprovação que seu plano de recuperação foi acolhido/homologado na esfera judicial, nos termos da legislação em vigor;
- b) A empresa em recuperação judicial com plano de recuperação acolhido, como qualquer licitante, deve demonstrar os demais requisitos exigidos pela legislação vigente para a efetiva habilitação econômico-financeira.

## 10.11. Qualificação Técnica

**10.11.1** Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado com firma reconhecida em cartório;

**10.11.1.** Não serão aceitos atestados emitidos pelas próprias licitantes.

### 10.11.2. Outros Documentos

- a. Certificado do Registro dos Produtos, na Agência Nacional da Vigilância Sanitária, ou sua Publicação na Internet ou Diário Oficial da União, em conformidade como artigo 5º § 3º da Portaria nº 2.814-GM/98 ou a sua isenção; estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, conforme parágrafo 6º do artigo 14, do Decreto Federal nº 79.094, de 05 de janeiro de 1977, acompanhada de cópia da publicação do registro vencido, **legível e destacado com marca texto**.
- b. Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
- c. Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da sede da licitante;
- d. Declaração de que prestará garantia e assistência técnica dos produtos ofertados durante todo o período de garantia dos produtos na forma exigida no Edital, sem ônus para a Contratante, arcando inclusive com o deslocamento do equipamento, caso seja necessário;
- e. Declaração de que todos os produtos estão de acordo com as normas da ABNT e/ou normas de padrões internacionais, quando for o caso, de forma a atender as resoluções, portarias e outros dispositivos legais estabelecidas pelo Ministério da Saúde;
- f. Declaração na qual se compromete disponibilizar **as suas expensas**, caso a **Contratante**



requiera, um Especialista com qualificação pelo fabricante, que promoverá nas dependências do HMC/HMSB, durante o período estabelecido pela ECSP, treinamento e/ou orientação necessária à correta operacionalização dos produtos fornecidos;

- g. Declaração de que os equipamentos ofertados possuem todas as certificações e compatibilidades exigidas no Termo de Referência e que estes possuem a garantia contra qualquer defeito de fabricação com vigência mínima de 24 meses;**
- h. Declaração assinada pelo "Responsável Técnico e/ou Legal da Empresa" que ficará obrigada a garantir, após a instalação dos equipamentos: Assistência Técnica, Treinamento de Operação, Treinamento de Manutenção, Calibração, Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva, Peças de Reposição e Material de Consumo correspondente aos equipamentos da proposta, para profissionais qualificados desta Empresa, durante a vigência de garantia;**
- i. Declaração informando a relação dos materiais de apoio que acompanham o produto, tais como manuais, termos de garantia, produtos para sua montagem e proteção, entre outros.**

**10.12** A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

**10.13** A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

**10.14** Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

**10.15** A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

**10.16** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

**10.17** Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

**10.18** Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

**10.19** Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## **11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

**11.1.** A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

**11.1.1.** Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

**11.1.2.** Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

**11.2.** A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

**11.2.1.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

**11.3.** Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso;

**11.3.1.** Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

**11.4.** A oferta deverá ser firme e precisa limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

**11.5.** A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

**11.6.** As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

## **12. DOS RECURSOS**

**12.1.** Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(s) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. (art. 44 Decreto nº 10.024/2019).

**12.2.** Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

**12.2.1.** Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

**12.2.2.** A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

**12.2.3.** Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. (Art. 44, §1º e §2, do Decreto nº. 10.024/2019)

**12.3.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

**12.4.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

### **13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

**13.1.** A sessão pública poderá ser reaberta:

**13.1.1.** Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

**13.1.2.** Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

**13.2.** Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

**13.2.1.** A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

**13.2.2.** A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no BBL, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

#### **14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**14.1.** O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. (Art. 17, VIII e IX do Decreto nº. 10.024/2019);

**14.2.** Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório;

**14.3.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;

**14.4.** No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, a Empresa Cuiabana de Saúde Pública poderá revogá-la, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada teria sido registrada e/ou contratada.

#### **15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

**15.1.** Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.

**15.2.** O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, respeitando o limite permitido na Lei nº 13.303/2016 e suas alterações.

**15.3.** O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

**15.4.** Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

**15.5.** Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

#### **16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL**

**16.1.** As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas na Minuta do contrato, anexa a este Edital.

#### **17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**

**17.1.** Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos na Minuta de Contrato.

## **18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

**18.1.** As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta de Contrato.

## **19. DO PAGAMENTO**

**19.1** As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na minuta do contrato, anexa a este Edital.

## **20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**20.1.** Comete infração administrativa sujeita ao impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e ao descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, no termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, a Empresa Licitante que:

**20.1.1.** Não assinar o termo de contratou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

**20.1.2.** Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

**20.1.3.** Apresentar documentação falsa;

**20.1.4.** Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

**20.1.5.** Ensejar o retardamento da execução do objeto;

**20.1.6.** Não manter a proposta;

**20.1.7.** Cometer fraude fiscal;

**20.1.8.** Comportar-se de modo inidôneo;

**20.1.9.** Falhar ou fraudar na execução do contrato.

**20.2.** As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

**20.3.** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

**20.4.** No decorrer da contratação, a Contratada que incorrer em atraso injustificado na execução contratual ou inexecução total ou parcial do contrato ficará sujeita às seguintes sanções:

**20.4.1.** Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

**20.4.2.** Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

**20.4.3.** Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

**20.4.4.** Rescisão contratual, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e das normas e princípios gerais dos contratos.



**20.5.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

**20.6.** Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

**20.7.** A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

**20.8.** O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

**20.9.** Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

**20.10.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 12.846/2013;

**20.11.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**20.12.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**20.13.** As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na Minuta do contrato.

## **21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**21.1.** Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

**21.2.** A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: [lands.vilela@cuiaba.mt.gov.br](mailto:lands.vilela@cuiaba.mt.gov.br), ou por petição dirigida ou protocolada no endereço mencionado no preâmbulo desse Edital.

**21.3.** Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

**21.4.** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

**21.5.** Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

**21.6.** O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

**21.7.** As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

**21.7.1.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

**21.8.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração..

## **22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**22.1.** Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

**22.2.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

**22.3.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

**22.4.** No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

**22.5.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**22.6.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

**22.7.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

**22.8.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na ECSP.

**22.9.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

**22.10.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

**22.11.** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://www.blm.org.br/>, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço mencionado no preâmbulo desse Edital, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

**22.12.** É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

**22.13.** A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente fundamentado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

**22.14.** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO III – Minuta Ata de Registro de Preço;

ANEXO IV - Modelo de Proposta;

ANEXO V – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;

ANEXO VI – Requerimento de Benefício e Declaração para Micro Empresas e EPP;

ANEXO VII – Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica).

Cuiabá/Mt, 17 de Outubro de 2022

Visto:

EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS  
Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO RÓS  
Diretor Geral

## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA Nº 064/ HMSB/HMC/ECSP/2022

#### 1. DO OBJETO:

1.1 Este Termo de Referência tem por objeto “Registro de Preço para futura e eventual Aquisição, sob demanda, de equipamentos médicos hospitalares para atender os setores assistenciais do Hospital Municipal de Cuiabá Drº Leony Palma de Carvalho – HMC e Hospital Municipal de São Benedito – HMSB, ambos geridos e administrados pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, conforme quantitativo e especificações descrita neste Termo e seus anexos.”

1.2 A presente contratação adotará como critério de julgamento por **“Menor Preço”** por item conforme Art. 54, Inciso I da Lei 13.303/2016;

#### 2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA AQUISIÇÃO:

Conforme o disposto no ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 7.892/2013, optou-se por se fazer o referido certame através de Sistema de Registro de Preços pela conveniência da Aquisição de Bens, como previsões de entregas parceladas por, devido à possibilidade da Instituição ou ainda não estar apta para operar todos os equipamentos dimensionados ou desejar expandir os seus serviços além do programado previamente. Faz-se necessário a aquisição dos equipamentos supracitados para garantir que as eventualidades nas taxas e índices hospitalares sejam sanadas, caso haja intercorrências, oriundas de elevadas taxas de manutenções corretivas e outras possíveis situações como tecno vigilância da ANVISA. Garantir o pleno atendimento aos usuários do SUS e não ocasionar demora e espera em procedimentos realizados dentro dos estabelecimentos assistenciais de saúde.

Tendo em vista a necessidade premente de a administração pública dar continuidade as atividades administrativas rotineiras, em atendimento ao Art. 37º, da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da eficiência da administração pública, destacamos a necessidade de aquisição de Equipamento Hospitalares, no intuito de bem atender à demanda da Rede Municipal de Saúde de Cuiabá – MT.

Considerando a RDC Nº 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010 "Dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências".

Considerando as exigências mínimas dos setores de Habilitações dos setores das especialidades de média complexidade de Neurocirurgia, Ortopedia, CTQ, UTI'S, Pediatria, Enfermarias e SOS AVC, das esferas municipais, estaduais e federais.

Considerando a RESOLUÇÃO Nº 2, DE 25 DE JANEIRO DE 2010 “Dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde”. Que exige o pleno planejamento e gerenciamento do parque tecnológico das unidades hospitalares.

Considerando que os equipamentos médico-hospitalares são fundamentais para a prestação do serviço nos estabelecimentos assistenciais de saúde, geridos pela ECSP, sendo assim, a taxa de disponibilidade dos equipamentos/aparelhos necessitam estar sempre em boas condições para não comprometer o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde, porém ao longo do ano pode ocorrer de algum equipamento medicoficar indisponível devido ao uso diário dos mesmos sofrendo desgaste, alguns chegam a se tornarem obsoletos, devido à alta demanda de atendimento, sendo assim, paraevitar a paralisação de serviços essenciais à Saúde pública, como é o caso, faz-se necessário a aquisição de equipamentos para estas Unidades Hospitalares.

## **Da Declaração de bem comum para uso do Pregão e justificativa do Sistema de Registro de Preços**

Declaro que o objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do artigo 1º da lei 10.520, de 2002 e do decreto 5.450, de 2005. As especificações dos materiais estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado.

O uso do Sistema de Registro de Preços para essa aquisição está fundamentado nos incisos I e IV, ambos do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, haja vista a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata dos materiais necessários, bem como pelas suas características e natureza, havendo a necessidade de contratações frequentes.

### **Justificativa do Quantitativo**

O quantitativo justifica-se pela necessidade dos setores, como exemplo a especialidade neurologia, tem-se a C.I. do eletroencefalograma e eletromiógrafo que contemplará a habilitação dessa especialidade. Temos a realidade da nova sala cirúrgica do CTQ, que dependerá de foco cirúrgico, aparelho de anestesia, ventilador de transporte, mesa cirúrgica e carro para transporte fechado.

As mesas cirúrgicas do Hospital São Benedito -HMSB, tem quase 05 anos de utilização, ficou um período longo sem contrato de Engenharia Clínica, depreciando o patrimônio, algumas chegaram ao ponto de estar inutilizável, sendo necessário aquisição de novas mesas. O HMC não tem mesa cirúrgica de backup, caso haja uma intervenção em uma mesa, terá que ser bloqueado a sala e cancelado as cirurgias do mapa cirúrgico causando prejuízo no atendimento da rede SUS na região.

Os ventiladores pulmonares de transporte não são suficientes para atender todas as demandas, pois as enfermarias e demais setores são prejudicados pela falta desses equipamentos, não tem um ventilador por carrinho de emergência, nem ao menos 01 por setor, que seria o recomendado.

Os focos cirúrgicos são necessários a substituição no HMSB, pois possuem tecnologia defasada, com lâmpadas alógenas, sendo o ideal lâmpadas led, com ajustes de cor etc, além de ter ficado um período longo sem contrato de Engenharia Clínica, depreciando o patrimônio, algumas chegando ao ponto de serem sucateadas, sendo necessário aquisição de novos focos.

A torre de vídeo de Otorrinolaringologia, justifica-se pela necessidade do setor, pois, tem-se a C.I. da solicitação do equipamento que será responsável pelo melhor atendimento com recursos tecnológicos a disposição da especialidade Otorrinolaringologia.

A serra de Gesso, é indispensável no Hospital de portas abertas para traumatologia, ortopedia, sem contar que os componentes de reposição do equipamento vem de fora, aumentando o tempo para realização da manutenção corretiva, também existe um tempo de uso comum curto período de vida útil, por ser bem utilizado no setor, o que carece de mais equipamentos para substituição.

O elevador para transportar paciente conforme a RDC 7, que exige 01 por unidade, sendo o quantitativo existente inferior, carecendo de aquisição.

O aspirador de secreção elétrico, é recorrente a manutenção devido uso frequente, ocorre inúmeras manutenções e até danos nos frascos coletores, em outras partes do equipamento, sendo indispensável a aquisição de novos para não desfalcar o centro cirúrgico e demais setores.

Os oxímetros do HMSB, estão fora de linha, a fábrica não fornece mais as peças, pode-se raramente encontrar em algum representante que ainda possua em seu estoque alguma peça de substituição no reparo da manutenção corretiva. Os oxímetros do HMC, não são suficientes, pois tem-se 236 leitos com pacientes que estão em outros setores que não sejam UTI, precisando em alguns casos de leitura de SPO2, como exemplo foi o momento de pandemia, que gerou um caos por falta desse monitoramento, mesmo em tempos normais, o quantitativo atual não atende.

Sobre as incubadoras, não tem nenhuma nos CME dos hospitais geridos pela ECSP, existia apenas comodato, sendo necessário a aquisição para atender o que exige a ANVISA no que diz respeito aos testes e provas para atestar a qualidade da esterilização dos materiais.



A serra sagital é necessário para o procedimentos cirúrgicos cardíacos, o quantitativo mínimo foi descrito no levantamento, sendo que não tem nenhum equipamento desse nos hospitais geridos pela ECSP.

O monitor de coagulação, é indispensável para habilitação das especialidades, é exigência do checklist, não tem nenhum nos hospitais geridos pela ECSP, carecendo de aquisição.

A maquina de circulação extracorpórea CEC é parte dos equipamentos da hemodinâmica, ou seja, para rodar 100% é necessário esse equipamento para a qualidade nos procedimentos, atualmente não tem nenhum na ECSP.

Os esfigmomanômetros é recorrente a manutenção devidoo uso frequente, ocorre inúmeras manutenções e até danos por mau uso, desgaste natural, ou manutenções em outras partes do equipamento, sendo indispensável a aquisição de novos para não desfaltar os setores.

O ventilador pulmonar portátil é indicado em vários tratamentos de fisioterapia, inclusive no desmame de pacientes da UTI, nas enfermarias e demais setores, o hospital não dispõe desses equipamentos.

Os hospitais geridos pela ECSP, não possuem torre de vídeo, carecendo de no mínimo 02 para cada hospital, como pode-se notar o mapa cirúrgico do mês de fevereiro/2022, mencionado na tab. 02 que segue. Não possuem bomba injetora de contrataste para procedimento de Hemodinâmica e tomografia, conforme mencionado na tab. 01.

**TAB. 01 LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS.**

LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO EXISTENTES E NECESSÁRIOS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER O HMC E HMSB							
TEM	EQUIPAMENTO	QNTD EXISTENTE NO HMC	QNTD EXISTENTE NO HMSB	QNTD TOTAL EXISTENTE HMC/HMSB	QNTD NECESSÁRIA DE AQUISIÇÃO NO HMC	QNTD. NECESSÁRIA DE AQUISIÇÃO NO HMSB	QNTD TOTAL NECESSÁRIA DE AQUISIÇÃO HMC/HMSB
01	APARELHO DE ANESTESIA	07	04	11	03	02	05
02	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA UNIVERSAL	07	04	11	02	02	04
03	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	06	04	10	10	05	15
04	FOCO CIRÚRGICO DE TETO	06	04	10	03	04	07
05	TORRE DE VÍDEO FULL HD	-	-	-	01	-	01
06	SERRA DE GESSO	03	01	04	04	02	06
07	ELETOENCEFALÓGRAFO COMPACTO COM ELETOENCEFALOGRAFIA	02	-	02	02	02	04
08	ELETROMIOGRAFO	-	-	-	02	02	04
09	ELEVADOR PARA TRANPOSIÇÃO DE LEITO	02	02	04	05	02	07
10	CARRO PARA	-	-	-	10	-	10

	TRANSPORTE FECHADO						
11	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO	12	07	19	08	04	12
12	OXIMETRO DE BANCADA/MESA	60	19	79	10	05	15
13	OXIMETRO PORTATIL	20	-	20	15	05	20
14	INCUBADORA AUTOMÁTICA PARA INDICADOR BIOLÓGICO	-	-	-	04	04	08
15	SERRA SAGITAL EXTERNO	-	-	-	01	01	02
16	MONITOR DE COAGULAÇÃO ATIVIDADE	-	-	-	02	01	03
17	BALANÇA ELETRÔNICA	20	01	21	-	06	06
18	ESFIGMOMANOMETRO DE MESA COM PEDESTAL ADULTO	22	-	22	20	10	30
19	ESFIGMOMANOMETRO DE MESA COM PEDESTAL INFANTIL	17	-	17	08	-	08
20	ESFIGMOMANOMETRO DE MESA COM PEDESTAL OBESO	25	-	25	15	05	20
21	MAQUINA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA	-	-	-	02	01	03
22	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL CIPAP/BIPAP	-	-	-	10	5	15
23	SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA COMPOSTO DE VÍDEOCOLONOSCÓPIO, VÍDEOGASTROSCÓPIO, VIDEOBRONCOSCÓPIO e VIDEODUODENOSCÓPIO	-	-	-	02	02	04
24	BOMBA INTEJORA DE CONTRASTE COMPATÍVEL COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	01	-	01	01	02	03

**TAB. 02 RESUMO DO MAPA CIRÚRGICO DO MÊS DE 02/2022 DO HMC.**

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
---------------	------------

<b>BUCOMAXILO</b>	14
<b>ENDOSCOPIA</b>	5
<b>C. GERAL</b>	86
<b>C. PEDIATRICA</b>	17
<b>C. PLASTICA</b>	15
<b>C. TORACICA</b>	5
<b>C. VASCULAR</b>	7
<b>NEUROLOGIA</b>	42
<b>OFTALMOLOGIA</b>	4
<b>ORTOPEDIA</b>	242
<b>UROLOGIA</b>	34
<b>TOTAL</b>	<b>471</b>

### JUSTIFICATIVA DA ADEÇÃO TARDIA

Será permitida adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos não participantes ("carona"), considerando a autorização dada por meio do Decreto 7.892 de 21/01/2013, que regulamentou o sistema de registro de preços para a contratação de serviços e aquisições de bens pela Administração Pública Federal. Ressalta-se que o ato normativo positivou diversos entendimentos prevalentes na jurisprudência das Cortes de Contas referentes à possibilidade de adesão por órgãos e entidades não participantes da ata de registro vigentes. Como dispõe o art. 22:

"Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preço durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante autorização do órgão gerenciador."

Esse procedimento denomina "adesão carona" que traduz na ideia de aproveitar o que alguém já está desenvolvendo para concluir o próprio trajeto sem custos.

Sobre esse tema, vale transcrever Jacoby Fernandes:

"Há nítidas vantagens nesse procedimento. Primeiro porque motiva o uso do SRP por órgãos, aumentando a credibilidade do Sistema; segundo, porque motiva a participação a participação: quem tiver preços registrados e suportar novas demandas será contratado sem licitação por outros órgãos e entidades. Terceiro, o procedimento é desburocratizante, pois fixa requisitos mínimos".

Nesse sentido é preciso perceber que não fica apenas restrito à discricionariedade do órgão gerenciador a adesão de órgão a atas existentes.

É fundamental a comprovação da vantagem do uso da ata de registro de preço, o interesse do fornecedor em atender ao pedido e a ausência de prejuízo quando das obrigações anteriormente assumidas pelo fornecedor junto aos órgãos participantes e gerenciador da ata.

### 3. DA FUNDAMENTAÇÃO:

**3.1** Sistema de Registro de Preço na sua forma de Pregão Eletrônico do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**;

**3.2** A fundamentação desta solicitação se esteia em nossa Constituição Federal, em seu artigo 37, XXI, na Lei 10.520 de 2002, no Decreto 3.555 de 2000, Lei 13.303 de 2016, Lei Complementar 123 de 2006 e Lei 8.078 de 1990 e alterações posteriores.

**3.3** Ademais, o artigo 32, inciso IV, da Lei 13.303/2016, aduz expressamente a adoção preferencial da modalidade julho de 2002, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, vejamos:

Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes:

(...)

IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado;

3.7 Neste sentido, o objeto da presente contratação é comum, os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, mediante especificações usuais adotadas no mercado.

### 4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORMAÇÃO DOS PREÇOS:

**4.1.** Memória de Cálculo:

Item	Descrição	HMC	HMSB
01	APARELHO DE ANESTESIA	03	02
02	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA UNIVERSAL	02	02
03	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	10	05
04	FOCO CIRÚRGICO DE TETO	03	04
05	TORRE DE VÍDEO FULL HD	01	-
06	SERRA DE GESSO	04	02
07	ELETOENCEFALÓGRAFO COMPACTO COM ELETOENCEFALOGRAMA	02	02
80	ELETROMIOGRAFO	02	02
09	ELEVADOR PARA TRANSPOSIÇÃO DE LEITO	05	02
10	CARRO PARA TRANSPORTE FECHADO	10	-
11	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO	08	04

12	OXIMETRO DE BANCADA/MESA	10	05
13	OXIMETRO PORTATIL	15	05
14	INCUBADORA AUTOMÁTICA PARA INDICADOR BIOLÓGICO	04	04
15	SERRA SAGITAL EXTERNO	01	01
16	MONITOR DE COAGULAÇÃO ATIVIDADE	02	01
17	BALANÇA ELETRÔNICA	-	06
18	ESFIGMOMANOMETRO DE MESA COM PEDESTAL ADULTO	20	10
19	ESFIGMOMANOMETRO DE MESA COM PEDESTAL INFANTIL	08	-
20	ESFIGMOMANOMETRO DE MESA COM PEDESTAL OBESO	15	05
21	MAQUINA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA	02	01
22	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL CIPAP/BIPAP	10	5
23	SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA COMPOSTO DE VÍDEOCOLONOSCÓPIO, VÍDEOGASTROSCÓPIO, VIDEOBRONCOSCÓPIO e VIDEODUODENOSCÓPIO	02	02
24	BOMBA INTEJORA DE CONTRASTE COMPATÍVEL COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	01	02

4.2. Do Quantitativo, especificações e valores:

Item	Cód. TCE	Descrição	Quant	Valor Est. Unit.	Valor Est. Total
01	346455-5	<b>APARELHO DE ANESTESIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparelho com O2, Ar e N2O Canalizados</li> <li>• Ligações de Cilindro do tipo Pin-index;</li> <li>• Válvula de segurança contra excesso de pressão endotraqueal;</li> <li>• Vaporizadores para Isoflurano, Sevoflurano com capacidade mínima de 220 ml, mostrador de carga com marcação de carga máxima e carga mínima;</li> <li>• Equipamento para aplicação em Pacientes do tipo: Neonatal, Pediátrico, Adulto e Obeso</li> </ul> Ventilação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo de ventilação por Volume, Pressão, SIMV e PSVPro;</li> </ul>	05	R\$ ---	R\$ ---



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gama de pressão paciente: -20 a 120 CMH<sub>2</sub>O;</li> <li>Gama de alarmes de alta pressão 12 a 100 CMH<sub>2</sub>O;</li> <li>Gama de volume corrente: 5 a 9999ML;</li> <li>Intervalo de ajuste volume corrente: 20 a 1500ML;</li> <li>Volume minuto de 0 a 99,9 Litros;</li> <li>Faixa de Peep: 0-30 cmH<sub>2</sub>O</li> <li>Faixa de Frequência Respiratória: 4 – 100 rpm;</li> <li>Recipiente de cal sodada com capacidade mínima de 800g;</li> </ul> <p>Estrutura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Composto de gabinete com no mínimo 2 gavetas;</li> <li>04 Rodas de aproximadamente 13 cm com freio nas frontais,</li> <li>Conexões interface rs-232 e atualização de software por dispositivo externo;</li> <li>Alimentação 220V ou bivolt.</li> </ul>			
02	370959-0	<p><b>MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA UNIVERSAL</b></p> <p>Mesa cirúrgica universal que permita grande diversidade de procedimentos cirúrgicos. base e coluna: confeccionadas em chapa de aço cromo/níquel. O sistema de funcionamento da mesa cirúrgica deverá ser eletromecânico, livre de óleo (sistemas hidráulicos), sendo seu acionamento eletromecânico, movimento manual com acionamento elétrico efetuado através de controle remoto com fio (ou por controle remoto sem fio) e painel de controle localizado na coluna da mesa. Funções mínimas do controle remoto: elevação/descida do tampo; trendelemburg/trendelemburg reverso; inclinação lateral direita e esquerda; tecla de segurança que nivela o tampo da mesa automaticamente (posição zero); movimento do segmento do dorso (elevação e descida); movimento do segmento das pernas (elevação e descida travamento do deslocamento longitudinal do tampo; indicação de); recarga das baterias; indicação ligado/desligado; movimento de flexão e reflexão do tampo; botão para ligar e desligar da mesa; deve possuir painel de controle (tipo membrana) localizado na coluna para acionamento elétrico dos movimentos da mesa, o acionamento deve ser feito pressionando duas teclas simultaneamente a fim de evitar o acionamento involuntário do painel. o painel de controle deve possuir indicação visual do posicionamento do paciente na</p>	04	R\$ ---	R\$ ---

		<p>mesa, indicação visual da carga das baterias, indicação visual da posição nivelada do tampo da mesa (posição zero); indicação visual se a mesa está conectada à rede. Deve também possuir indicadores acústicos para indicar mensagens de erro e confirmação de posicionamento da mesa. Chassi: blindado oferecendo maior resistência à mesa deve ser confeccionado em chapa de aço inoxidável cromo níquel com acabamento escovado. O chassi deve possuir um encaixe de tal forma que permita o posicionamento do intensificador de imagens rente ao piso e rente a coluna da mesa para utilizações em cirurgias que utilizam o tampo na posição mais baixa. Tampo: confeccionado em material rádio transparente montado sobre estrutura de aço inoxidável, permitindo a utilização do intensificador de raios-x. tampo dividido em 05 (cinco) seções: cabeceira bi articulada, duas seções de dorso (dorso superior e dorso inferior), assento, e seção de pernas (bi-partidas), inclusive com dispositivo de abertura e afastamento de pernas com capacidade de abertura de até 90 graus. Incluindo régua lateral em aço inoxidável para montagem de acessórios em toda a extensão do tampo. rodas: quatro rodas duplas de 4" (10 cm) a 6" (15 cm). Freio com sistema de acionamento mecânico central nas quatro rodas inclusive com comando de direcionamento para melhor movimentação da mesa. O sistema de rodas deve permitir um fácil deslocamento do produto. Deve permitir que os pés do cirurgião se encaixem por debaixo da mesa proporcionando um posicionamento mais ergonômico para toda a equipe médica. Estofados: devem proporcionar segurança e conforto ao paciente. Devem ser fabricados em material eletro-condutivo e resistente a desinfetantes. Movimentos eletromotorizados com acionamento através do controle remoto e painel de controle localizado na coluna da mesa: ajuste de elevação: 600 a 950 mm; inclinação lateral: +/- 25 graus; trendelemburg/ reverso: +30 / -35 graus; dorso: +80 / -40 graus; pernas: +90 / -95 graus; posição zero motorizada (nivelamento da mesa); posição flex e reflex motorizado; deslocamento longitudinal do tampo manual com acionamento elétrico no controle remoto: min. 270 mm; equipada com bateria que permite sua utilização na falta de energia elétrica, realizando aproximadamente 80 movimentos. sistema</p>			
--	--	---	--	--	--

		de indicação de carga com alarme e indicação de recarga em andamento através de dispositivo óptico. Acessórios que devem acompanhar o produto: par de apoio de braço, par de apoio de pernas, conjunto de estofados, controle remoto com fio, haste narcose. Dimensões mínimas exigíveis: comprimento do leito: 2260 ± 10mm, largura do leito: 582 ± 10mm, carga máxima permitida: Dentro da variação do peso máximo suportável, o seu mínimo deverá ser de 220kg". características elétricas: tensão de alimentação: 220 vac - 60hz; grau de proteção de líquidos: ipx4, baterias recarregáveis. classe i. Acessórios que compõem cada mesa: a empresa deve fornecer todos os acessórios para o pleno funcionamento do equipamento e todos acessórios devem ser originais do aparelho. 01 par apoio de braços com comprimento mínimo de 450 mm, ajustável na altura e movimento semicircular com colchão; 01 controle remoto com cabo; 01 placa de cabeça de dupla articulação; 01 placa de apoio de pernas bipartida; 01 placa de extensão dorsal; 01 par de perneiras do tipo goepel com fixadores na mesa para posição litotômica. cinta para fixação do paciente; 01 suporte de cabeça para cirúrgica neuro (tipo ferradura); 01 kit acessórios para procedimento ortopédico (tração completo). A mesa atende e possui certificação das normas ABNT e IEC - IEC 60601-1; EC 60601-1-2 e IEC 60601-2-46.			
03	401523-1	<p><b>VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE</b></p> <p><b>Na proposta devem constar obrigatoriamente a marca, modelo e número de registro na ANVISA do equipamento proposto. Também junto à proposta deverá ser entregue o manual do equipamento contendo informações técnicas. Características técnicas mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilador pulmonar de transporte para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatal.</li> <li>• Ventilador Pulmonar controlado por microprocessador, para utilização em unidades móveis e prontos socorros.</li> <li>• Possui tela sensível ao toque de no mínimo 5,7".</li> <li>• Ventilação com os seguintes modos ventilatórios: VCV, PCV, P-SINV, V-SIMV, CPAP e DualPAP;</li> <li>• Com pelo menos as configurações:</li> <li>• Ajuste de FiO2 Minimamente entre: 40</li> </ul>	15	R\$ ---	R\$ ---

		<p>a 100%;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempo Inspiratório: 0,3 a 5 seg.;</li> <li>• Relação I:E 1:4 a 4:1;</li> <li>• Frequência do Ventilador até 80 R.P.M.;</li> <li>• Volume Corrente 20 a 2000 mL;</li> <li>• Pressão Inspiratória: 0 a 100 cmH<sub>2</sub>O;</li> <li>• PEEP/CPAP 0 a 20 cm H<sub>2</sub>O;</li> <li>• Fluxo Inspiratório em Neonatal: 5 a 20 lpm;</li> <li>• Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória;</li> <li>• Porta de comunicação USB ou RS-232;</li> <li>• Alça para transporte integrada ao equipamento;</li> <li>• Alarmes: Pressão Inspiratória Alta/Baixa, Volume minuto Alto/Baixo, Frequência respiratória Alta/Baixa, Pressão da Rede, Bateria, Desconexão, Obstrução e sem rede elétrica;</li> <li>• Acessórios: 2 Circuitos pacientes Adulto em silicone autolavável; 1 circuito paciente neonatal autolavável; 1 Suporte de Fixação; 1 Mangueira O<sub>2</sub>; 1 Pedestal para uso ambulatorial com rodízios.</li> <li>• Índice de Proteção IPX4 no mínimo;</li> <li>• Bateria interna recarregável com duração de pelo menos 300 minutos. Alimentação elétrica 110/220 V</li> <li>• Equipamento em conformidade com Normas: 60601-1, 60601-1-2, 60601-2-12, EN 794-3, EN 1789</li> <li>• O equipamento deve possuir registro na ANVISA, e caso não possua Manual da Marca e Modelo ofertados disponibilizados na ANVISA, deve ser anexado junto a habilitação para análise técnica.</li> <li>• Deverá ser fornecido treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição que receberá o equipamento.</li> </ul>			
04	000989-5	<p><b>FOCO CIRÚRGICO DE TETO</b></p> <p><b>Na proposta deve constar obrigatoriamente a marca, modelo e número de registro na ANVISA do equipamento proposto. Também junto à proposta deverá ser entregue o manual do equipamento contendo informações técnicas. Características técnicas mínima:</b> Foco cirúrgico de teto com tecnologia LED, para todos os tipos procedimentos cirúrgicos.</p> <p>O equipamento deve possuir duas cúpulas com intensidade luminosa máxima de 160.000</p>	07	R\$ ---	R\$ ---

		<p>Lux cada, com variação de intensidade luminosa mínima de 50.000 Lux máxima 160.000 Lux; com sistema eletrônico de controle no próprio braço.</p> <p>As cúpulas devem ser de alumínio confeccionada com material que comprovadamente ajude na dissipação do calor.</p> <p>Deve possuir o modo endoscopia para uso com baixa luminosidade, mínima de &lt;500 Lux. Com o objetivo de aumentar a vida útil dos componentes o foco cirúrgico deve possuir ajustes de diâmetro de campo iluminado eletrônico, com manutenção da iluminação central constante, não deve haver movimentação mecânica, articulações e ou peças móveis para esta finalidade;</p> <p>Deve possuir profundidade de Campo mínima de: 64 cm.</p> <p>Deve possuir Índice restituição das cores de no mínimo (RA): 95; e possuir temperatura de cor mínima de aproximadamente 4.200°K.</p> <p>Para melhor atender o posicionamento em sala cirúrgica o equipamento deve possuir giro livre do braço da cúpula em relação ao braço de mola; giro livre do braço de mola em relação a estrutura e o giro livre de toda estrutura.</p> <p>O conjunto de LEDs deve possuir vida útil de no mínimo 60.000 horas, comprovados.</p> <p>O Foco cirúrgico deve possuir as seguintes certificações de qualidade e registros: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2012, ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011, ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012 + Errata 1:2013 e registro na ANVISA. O design do Foco cirúrgico deve contribuir para não alterar o fluxo laminar do teto ventilado. Devem acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: 3 (três) manoplas de manuseio de fácil remoção e higienização, reutilizáveis. Manual de instrução em português.</p> <p>O equipamento deve possuir registro na ANVISA, e caso não possua Manual da Marca e Modelo ofertados disponibilizados na ANVISA, deve ser anexado junto a habilitação para análise técnica.</p> <p>A instalação do produto é de total responsabilidade do fornecedor, assim também como também avaliação técnica prévia do local. Deverá ser disponibilizado treinamento operacional com os usuários do produto conforme solicitação do setor. Treinamento técnico, com profissionais da engenharia do hospital, com nível de informação para intervenções de baixa e média complexidade, e para rotinas de</p>			
--	--	--	--	--	--



		manutenção preventiva.			
05	199433-6	<p><b>TORRE DE VÍDEO FULL HD</b> Na proposta deve constar obrigatoriamente a marca, modelo e número de registro na ANVISA do equipamento proposto. Também junto à proposta deverá ser entregue o manual do equipamento contendo informações técnicas.</p> <p><b>Equipamento:</b> Torre de vídeo FULL HD completa com acessórios e instrumentais para procedimentos de vídeo laparoscopia e Otorrinolaringologia</p> <p><b>Características técnicas mínimas:</b> <u><b>Torre de vídeo laparoscopia FULL HD que permite realizar procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, com tecnologia de ponta e alta definição, composto por:</b></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01(um) <b>Laparoscópio rígido</b> autoclavável, de visão foro oblíqua de 30°, com sistema óptico de lentes em forma de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro aproximado de 10mm e comprimento de aproximadamente 31 cm</li> <li>• 01 (um) <b>Cabo de luz de fibra ótica</b>, com diâmetro do feixe de fibras de aproximadamente 4.8mm e comprimento aproximado de 250 cm;</li> <li>• 02 (duas) <b>Fonte de Luz Fria em LED</b>, com luminosidade equivalente a Fontes de Luz XENON 300W e vida útil mínima de 30.000h;</li> <li>• 01 (um) <b>Insuflador Eletrônico de CO2</b>, com sistema de aquecimento de gás integrado, ajuste de fluxo de no mínimo 0 a 50 litros/min, ajuste de pressão contínuo de no mínimo 0 a 30 mmHg, com display sensível ao toque que indique valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>o De pressão no paciente;</li> <li>o Do fluxo de gás;</li> <li>o Do volume de gás consumido.</li> </ul> <p>O insuflador deve possuir circuitos de segurança interno para alta pressão do cilindro, de segurança para sobre pressão da cavidade abdominal com válvula de alívio e alarme sonoro e visual, de detecção</p> </li> </ul>	01	R\$ ---	R\$ ---

		<p>de pressão negativa, com alarme sonoro e visual, Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida do fluxo e pressão administrada ao paciente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01(uma) <b>micro câmera digitalFull HD</b>, contendo 03 sensores de imagem de tecnologia de chip CCD, com 1920 x 1080 linhas de definição horizontal, sistema de escaneamento progressivo de imagem de no mínimo 50qps, no formato de tela 16 x 9 (Widescreen), com controle de luminosidade, saída para comunicação com equipamento de gerenciamento de dados, balanço de branco automático acionado através de teclado do processador de imagem e cabeçote;</li> </ul> <p>Cabeçote com objetiva com zoom parafocal e acoplador de ótica universal C-Mount, possui 3 CCD's HD, com acionadores programáveis através de menu na tela em português para as seguintes funções: balanço de branco, congelamento de imagens, brilho, filtro para fibroscópios, controle de periféricos e sistema de gravação via pen-drive ou HD externo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 (um) <b>"Monitor LCD de no mínimo 27" Widescreen</b>, resolução nativa mínima de 1920 x 1080 linhas, com possibilidade de apresentação de 2 canais de imagem simultâneos (pip), com 2 entradas DVI, com 1 entrada 3G-SDI, com 1 saída 3G-SDI, com intensidade luminosa mínima da tela de 450cd/m2, Contraste mínimo 700:1, com dispositivo para conexão em salas inteligentes remotas.</li> </ul> <p><b>INSTRUMENTAL PARA EXAMEde NASOFIBROSCOPIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 (um) Nasofibroscópio para exames de rotina contendo as seguintes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tubo flexível com comprimento de trabalho útil maior ou igual a 30cm;</li> <li>➤ Deverá possuir campo de visão entre 70° e 90°, tubo de inserção com diâmetro externo entre 3.4 e 3.5 mm;</li> <li>➤ Ângulo de deflexão de até,</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<p>pelo menos, 130°, com mecanismo para angulação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Deve ser totalmente à prova d'água e permitir a desinfecção por imersão em solução desinfetante;</li> <li>➤ Alimentação elétrica da fonte 127-220 v 60Hz ou carregador (caso necessário);</li> <li>➤ Deve acompanhar maleta para transporte, cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento do equipamento;</li> <li>➤ Deve possuir registro do produto na ANVISA.</li> <li>➤ Deve acompanhar fibra óptica para conexão em fontes de luz compatível com sistema ofertado;</li> <li>➤ Devem ser compatíveis com processador de imagem e demais equipamentos oferecidos no conjunto para o completo funcionamento do sistema.</li> <li>➤ Incluindo maleta e componentes como tampas, escovas, adaptadores, válvulas, conectores, tubos, frasco/garrafa e demais acessórios necessários ao completo funcionamento do sistema.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 (um) Endoscópio Rígido 70° com diâmetro de 6mm e comprimento aproximado de 180mm;</li> <li>• 01 (um) Sinuscópio rígido de 4mm, 30° e comprimento aproximado de 180mm;</li> <li>• 01 (um) Sinuscópio rígido de 2,7mm, 0° e comprimento aproximado de 110mm;</li> <li>• 01 (um) Otoscópio Cirúrgico com cabo e espêculos;</li> </ul> <p>Todos os equipamentos que compõe o sistema deverão ter alimentação elétrica bivolt. Deverá acompanhar o sistema: um carrinho que acomode todos os equipamentos, No Break e Manual em Português. Garantia mínima de 12 meses. Registro na ANVISA. Fornecer treinamento operacional adequado aos usuários, em até</p>			
--	--	---	--	--	--

		10 dias da entrega, sem ônus para a administração.			
06	228919-9	<p><b>SERRA DE GESSO</b> Na proposta deve constar obrigatoriamente a marca, modelo e número de registro na ANVISA do equipamento proposto. Também junto à proposta deverá ser entregue o manual do equipamento contendo informações técnicas.</p> <p><b>Características técnicas mínima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor do tipo universal com rotação/oscilação de no mínimo 18000 rpm/opm, C</li> <li>Carcaça em poliuretano pigmentado ou alumínio fundido com pintura epox;</li> <li>Cabos de alimentação elétrica de 3,0 metros de comprimento.</li> </ul> <p>Acessórios:</p> <p>02 Discos de serra de aproximadamente 2" (polegadas) produzidos em lâminas em aço especial tratadas em banho antioxidante;</p> <p>02 Discos de serra de aproximadamente 2½" (polegadas) produzidos em lâminas em aço especial tratadas em banho antioxidante;</p> <p>02 Discos de Serra de aproximadamente 2½" (polegadas) com dentes especiais para gesso sintético;</p> <p>01 chave para realizar troca de disco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentação Bivolt ou 220V;</li> <li>Manual de instrução em português.</li> <li>O equipamento deve possuir registro na ANVISA, e caso não possua Manual da Marca e Modelo ofertados disponibilizados na ANVISA, deve ser anexado junto à habilitação para análise técnica.</li> </ul>	06	R\$ ---	R\$ ---
07	275032-5	<p><b>ELETOENCEFALÓGRAFO COMPACTO COM ELETOENCEFALOGRAMA</b> <b>Características técnicas mínimas:</b> Eletoencefalógrafo compacto com Eletoencefalograma de Amplitude Integrada (aEEG) e monitoramento de sinais vitais com características e design para economia de espaço e facilidade de transporte, requisito da administração, devido a necessidade de realizar exames em diversos setores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Painel de vídeo digital do tipo touchscreen de no mínimo 17 polegadas com processamento e</li> </ul>	04	R\$ ---	R\$ ---

		<p>armazenamento integrado;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de ligação de 32 canais com conector SpO2/ETCO2 para monitorização de EEG e sinais vitais na mesma tela;</li> <li>• Software de monitorização que inclua parâmetros como: aEEG, DSA e BSI, de forma a permitir que até mesmo não neurologistas reconheçam rapidamente função cerebral anormal em adultos, crianças e neonatos;</li> <li>• O software também deve permitir comparar facilmente formatos de ondas em tempos diferentes;</li> <li>• Utilização de cabo de eletrodo blindado, para redução de ruído e melhora do monitoramento estável de EEG na UTI;</li> <li>• Software de gerenciamento de dados para monitoramento remoto para permitir que o neurologista possa rever o EEG de forma remota;</li> <li>• (01) uma Câmera de vídeo CCD com controle e zoom;</li> <li>• Software de Vídeo Digital para permitir o registro e a revisão da imagem do paciente e som, sincronizados com as formas de onda do EEG.</li> </ul> <p><b>Aquisição de Dados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de ETCO2: 1;</li> <li>• Através de Caixa de conexão de eletrodos;</li> <li>• Número de entradas: EEG: 25; Extras: 4; Bipolares: 7; DC: 4; conector de SpO2: 1; Conector Impedância de entrada de EEG: 100 MΩ;</li> <li>• Nível de ruído interno (entradas de EEG e Extras): <math>\leq 1,5 \mu V_{pp}</math> (0,53 a 60 Hz);</li> <li>• Rejeição de Modo-Comum (CMRR): Entradas de EEG e Extras: <math>\geq 105</math> dB (60 Hz);</li> <li>• Conversão A/D: 16 bits;</li> <li>• Frequência de amostragem: 100, 200, 500 e 1000hz selecionável.</li> </ul> <p><b>Processamento de Dados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilidade da entrada de EEG: 1 a 200 <math>\mu V_{mm}</math>;</li> <li>• Constante de tempo: 0,001 a 10,0 s;</li> <li>• Filtro CA: 60 Hz.</li> </ul> <p><b>Display:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Display do tipo touch screen;</li> <li>• Número de canais do display: Até 64</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--



		<p>mais um canal de marcação.</p> <p>Modo de armazenamento de dados: Disco rígido (HD) embutido.</p> <p><b>Características de dimensão e peso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso estimado do conjunto: Aprox. 30 Kg;</li> <li>• Largura do carrinho de montagem do sistema: Deverá ser inferior a 0,80 m de forma a permitir a passagem do equipamento pelos vãos de porta.</li> </ul> <p><b>A proposta deverá apresentar no mínimo a seguinte configuração e acessórios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - 01 (uma) Unidade principal com tela do tipo touchscreen;</li> <li>• - 01 (um) Painel de eletrodos com entrada para oximetria, capnografia e entradas DC, de acordo com as Especificações técnicas;</li> <li>• - 01 (uma) Caixa com no mínimo 10 tubos de pasta condutora para eletroencefalografia, com aprox. 180 gramas;</li> <li>• - 01 (uma) Caixa com no mínimo 02 tubos de pasta para preparação/limpeza com aproximadamente de 135 gramas;</li> <li>• - 01 (um) Jogo de eletrodos blindados para EEG com 24 unidades;</li> <li>• - 01 (um) Software de tendências;</li> <li>• - 01 (um) Carrinho para montagem do sistema;</li> </ul> <p><b>Sistema de vídeo para EMU composto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 (um) Software de vídeo digital;</li> <li>• 01 (uma) Câmera de vídeo CCD com controle e zoom.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Garantia de no mínimo 01 ano;</li> <li>✓ Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas do produto ofertado.</li> <li>✓ Anexar à proposta catálogo e/ou manual comprobatório das especificações técnicas do produto ofertado.</li> <li>✓ O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa;</li> <li>✓ O licitante deve fornecer instalação e treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--

		administração. O equipamento deve possuir registro na ANVISA.			
08	341657-7	<p><b>ELETROMIOGRAFO</b> <b>Sistema Portátil de Eletro miografia Com estudo de Potencial Evocado Auditivo, Visual e Somato Sensitivo.</b></p> <p><b>Características técnicas mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de junção de eletrodo de no mínimo 4 canais ativos simultaneamente;</li> <li>• Carrinho de transporte;</li> <li>• Equipamento para visualização compacto, podendo ser Notebook (com configurações mínimas: processador intel i3 ou equivalente, 4 gb de memória, e armazenamento de 500gb) ou tela com sistema de processamento integrado (all-in-one), ambos devem possuir tela de no mínimo 15".</li> </ul> <p><b>Amplificadores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa de sensibilidade de 1 µV/div a 10mV/div;</li> <li>• Faixa de tensão de Calibração de 20µV a 10mV;</li> <li>• Filtro de baixo corte de 0,01Hz a 3 kHz;</li> <li>• Filtro de alto corte de 10Hz a 10 kHz;</li> <li>• Filtro de interferência CA 50/60 Hz;</li> <li>• Taxa do modo comum de rejeição (CMRR) &gt; 100 dB;</li> <li>• Impedância de entrada do amplificador ≥ 1 GΩ;</li> <li>• Faixa de medição de temperatura de 0 a 45°C;</li> </ul> <p><b>Aquisição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de tempo do monitor de 5ms/div a 1s/div;</li> <li>• Base de tempo de análise de 0,1ms/div a 1s/div;</li> <li>• Faixa de número de médias de 1 a 9999;</li> <li>• Faixa de inibição de rejeição de artefato, OFF e de 0,1 a 5 div;</li> </ul> <p><b>Modos de Gatilho:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No mínimo os seguintes modos: Recorrente, aleatório, estímulo isolado, sinal, sinal externo, pedal, caixa de controle somato;</li> <li>• Com modo Trigger Wave Single, Double e Train;</li> <li>• Faixa de estimulação de 0,1 a 100Hz;</li> </ul>	04	R\$ ---	R\$ ---

		<p><b>Estimuladores elétricos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faixa de corrente de saída de 0 a 100mA;</li> <li>Faixa de duração do pulso de estimulação de 0,01ms a 1ms;</li> </ul> <p><b>Estimuladores auditivos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Com opções de lado esquerdo, lado direito e ambos;</li> <li>Forma de onda clique e de Tom intermitente;</li> <li>Polaridade: Positiva, negativa e alternada;</li> <li>Intensidade de 0 a 126 dB SPL;</li> <li>Com mascaramento de ruído branco colateral com as seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>OFF, -50, -40, -30, -20, -10, e 0 ± 5 dB</li> </ul> </li> <li>Faixa de duração do pulso de clique de 0,1 a 1ms;</li> <li>Faixa de frequência de tom intermitente de 50Hz a 10 kHz;</li> </ul> <p><b>Estimuladores visuais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Com no mínimo os modos de Reversão de padrão e Óculos estimuladores por LED;</li> <li>Sendo <b>reversão de padrão</b> com no mínimo os seguintes formatos de campo: Completo, Esquerdo, Direito, Superior, Inferior, Superior esquerdo, Inferior esquerdo, Superior direito, Inferior direito;</li> <li>Com no mínimo os padrões: Tabuleiro, Barras horizontais e barras verticais;</li> <li>Possibilitar número de divisões horizontais de 4, 8, 16, 32, 64 e 128 partes;</li> <li><b>Óculos estimuladores por LED</b> com opções de lado esquerdo, direito e ambos;</li> <li>Deve possibilitar entrada e saída de gatilho externo;</li> <li>Alimentação bivolt automático;</li> <li>Acessórios:</li> <li>Todos os itens/acessório-componentes necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas, sendo dentre eles, carrinho, suportes, braços, monitor, agulhas, eletrodos, fones de ouvido de diversos tamanhos, softwares e suas devidas licenças para funcionamento entre outros.</li> </ul>		
--	--	---	--	--

09	275350-2	<p><b>ELEVADOR PARA TRANSPOSIÇÃO DE LEITO</b></p> <p><b>Equipamento elétrico móvel tipo guincho para o uso em hospital permitindo que o paciente seja levado e transferido entre leitos ou locais da unidade hospitalar.</b></p> <p><b>Características técnicas mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dobrável;</li> <li>• Com bateria removível;</li> <li>• Chassis em aço tubular com pintura eletrotástica;</li> <li>• Carga mínima de 200 kg;</li> <li>• Rolamentos;</li> <li>• Rodízios dianteiros 4x2 e Rodízios traseiros 4x2; com freio.</li> <li>• Atuador elétrico;</li> <li>• Chave de Reversão de sentido;</li> <li>• Apoio de cabeça acolchoado;</li> <li>• Bivolt 110/220 v;</li> </ul> <p>Equipados com todos os dispositivos necessários para assegurar o conforto e a segurança dos usuários e do pessoal de saúde.</p> <p><b>Possui cestos:</b></p> <p>Para o paciente amputado, para o paciente que possa ser erguido apenas sentado;</p> <p>O Rack deve ser acolchoado para prevenir ferimentos acidentais e equipados com contenções.</p> <p>Possuir motor para possibilitar ampla autonomia de operação ao profissional de saúde e ser equipada com parada de emergência para a segurança e registro na ANVISA.</p> <p>Garantia mínima de 01 ano se caso houver vício no equipamento de fabricação.</p> <p>Deve apresentar o manual operacional e técnico.</p>	07	R\$ ---	R\$ ---
10	188176-0	<p><b>CARRO PARA TRANSPORTE FECHADO</b></p> <p><b>Material chapa Aço Inoxidável;</b></p> <p><b>Provido com 01 (uma) prateleira interna e com o mínimo de 02 (duas) portas de abrir na</b></p>	10	R\$ ---	R\$ ---

		<p><b>lateral com puxadores com sistema de fechamento por trava.</b></p> <p>Alça de transporte e para-choque de proteção nos quatros cantos.</p> <p><b>Dimensões máximas:</b></p> <p>Comprimento de 100 cm;</p> <p>Largura de 70 cm;</p> <p>Altura de 110 cm;</p> <p>Garantia mínima de 01 ano se caso houver algum vício de fabricação.</p>			
11	218632-2	<p><b>ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com fluxo de ar de 25 L/min.</li> <li>• Deverá conter frasco inquebrável, auto-clavel, transparente, graduado, com boca larga e capacidade mínima de reservatório de 3 litros.</li> <li>• Tampa do frasco com vedação hermética e auto-clavel.</li> <li>• Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta de óleo.</li> <li>• Controle de vácuo de 0 a 52 cmHg.</li> <li>• Sistema de acionamento por interruptor no painel com possibilidade de acionamento por pedal.</li> <li>• Gabinete resistente à corrosão com rodízios e com freio.</li> <li>• Micro filtro HEPA para partículas de até 0,5 micron.</li> <li>• Proteção contra extravasamento ou com limitador de nível.</li> <li>• Alimentação 220V ou bivolt.</li> </ul> <p>Acessórios: mangueira de silicone com metragem mínima de</p>	12	R\$ ---	R\$ ---
12	255177-3	<p><b>OXIMETRO DE BANCADA/MESA</b></p> <p><b>Descrição do produto</b></p> <p>Beira de leito, para monitoração constante de pacientes neonatal até adulto, inclusive aqueles com baixa perfusão periférica. Com tecnologia anto-movimento.</p>	30	R\$ ---	R\$ ---



13	347765-7	<p><b>OXIMETRO PORTÁTIL</b></p> <p>DESCRIÇÃO DO PRODUTOS</p> <p>COM SENSOR ADULTO: Visor LCD colorido de alta resolução, tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal. Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis, memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas, alimentação bi volt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado.</p> <p>Sensor de SpO2 padrão Nellcor. Certificado pelo INMETRO. SpO2: Intervalo: 0-100%, Precisão: _ 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação: 30-250bpm, Precisão: _ 2bpm, Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260 gramas. Aprovado pelo INMETRO.</p> <p>Adultos;</p> <p>Infantil;</p> <p>Neonatal;</p>	20	R\$ ---	R\$ ---
14	0001859	<p><b>INCUBADORA AUTOMÁTICA PARA INDICADOR BIOLÓGICO</b></p> <p>Incubadora automática com identificação de indicador biológico e leitura automática do resultado.</p> <p>Permite a leitura de indicadores biológicos Rápidos, Super-rápidos e Ultrarrápidos para processos a Vapor, Peróxido de Hidrogênio, Formaldeído e Óxido de Etileno.</p> <p>Equipamento com leds indicando status dos indicadores biológicos e com impressora térmica integrada possibilitando impressão do resultado do teste para controle dos processos de esterilização do CME.</p> <p>Com entrada USB para gestão e rastreabilidade por software em PC;</p> <p>Com no mínimo 10 cavidades para Indicadores Biológicos;</p> <p>Deve acompanhar:</p> <p>05 – Caixas de 50 unidades de indicadores biológicos de 4h;</p> <p>✓ Garantia de no mínimo 01 ano;</p> <p>✓ Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas do produto</p>	8	R\$ ---	R\$ ---

		<p>ofertado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anexar à proposta catálogo e/ou manual comprobatório das especificações técnicas do produto ofertado.</li> <li>✓ O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa;</li> <li>✓ O licitante deve fornecer instalação e treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a administração.</li> </ul> <p>O equipamento deve possuir registro na ANVISA.</p>			
15	200876-9	<p><b>SERRA SAGITAL EXTERNO</b></p> <p>A bateria Peça de mão cirúrgica em formato de pistola. Sistema de corte radial oscilatório. Utilização em abertura e reabertura de esterno em cirurgias cardíacas, utilização em cirurgias ortopédicas utilizando lâmina apropriadas para uso em cirurgias ortopédicas. Cabeça giratória 360 graus. Design anatômico para melhor ergonomia com o corpo construído em alumínio e/ou aço inox sem a presença de partes plásticas que possam ressecar ou se soltar, sistema de gatilho de acionamento progressivo de velocidade. Velocidade de oscilação de 0 a 15000 osc/min. Deve funcionar com bateria recarregável, equipamento autoclavável em até 135°C (exceto bateria). Carregador com alimentação elétrica 127/220 Volts, 60Hz. O equipamento deve acompanhar: 02 Peças de Mão (pistolas), 04 Baterias, 04 protetores de transferência de bateria, 04 estojos de bateria, 01 Carregador múltiplo para no mínimo quatro baterias simultaneamente, 02 caixas de esterilização, 04 Lâmina Sagital para Cardíaca.</p>	02	R\$ ---	R\$ ---
16	394438-7	<p><b>MONITOR DE COAGULAÇÃO ATIVIDADE</b></p> <p>Tempo de medida 65 a 999 segundos, dimensões 260,40 (largura)x195,80 (altura) x 120x90 (profundidade), peso 1,400kg, alimentação 110-220VAC/60Hz (automático) e bateria interna (Pack de Bateria 2 fileiras x 5 unidades de pilha AA—1,2V), 2000 mAh, consumo 15W, cabo de alimentação tipo 8, alarme sonoro e visual, tubo kit descartável Kit MCA FAJ 2000 ou Kit TCA.</p>	03	R\$ ---	R\$ ---
17	036121	<p><b>BALANÇA ELETRONICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antropométrica (régua de 1m até 2,20m);</li> <li>• suportar até 300kg;</li> <li>• Indicador digital com até 6 dígitos</li> </ul>	06	R\$ ---	R\$ ---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>teclado com proteção a umidade;</li> <li>Material de aço carbono,</li> <li>leve; bivolt;</li> <li>certificado pelo INMETRO.</li> </ul>			
18	232806-2	<p><b>ESFIGMOMANOMETRO DE MESA COM PEDESTAL ADULTO</b></p> <p>ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO PEDESTAL C/ RODÍZIOS, TIPO: DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO: FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO</p> <p><b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificado e Aprovado pelo INMETRO.</li> <li>pode ser montado em Mesa ou Parede.</li> <li>Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação.</li> <li>Escala ampla e de fácil leitura.</li> <li>Livre de mercúrio.</li> <li>Opção com rodízios</li> <li>01 Ano de Garantia</li> </ul> <p><b>Acompanha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pêra</li> <li>- Válvula de Deflação</li> <li>- Manômetro</li> <li>- Braçadeira</li> <li>- Tubo Helicoidal</li> </ul>	30	R\$ ---	R\$ ---
19	232806-2	<p><b>ESFIGMOMANOMETRO DE MESA COM PEDESTAL INFANTIL</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montado em pedestal;</li> <li>Corpo em duro alumínio adonizado;</li> <li>Base do Rodizio 3;</li> <li>Tipo: com braçadeira;</li> <li>Sendo: infantil, medindo 8x29 cm; e adolescente 9x36 cm;</li> <li>Com fecho de Velcro.</li> </ul> <p><b>Acompanha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pêra de borracha e válvula anti-refluxo em aço inoxidável;</li> <li>- Válvula de Deflação</li> <li>- Manômetro</li> <li>- Braçadeira em tecido resistente, impermeável,</li> <li>- Tubo Helicoidal</li> </ul>	08	R\$ ---	R\$ ---
20	312133-0	<p><b>ESFIGMOMANOMETRO DE MESA COM PEDESTAL OBESO</b></p>	20	R\$ ---	R\$ ---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificado e Aprovado pelo INMETRO.</li> <li>• pode ser montado em Mesa ou Parede.</li> <li>• Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação.</li> <li>• Escala ampla e de fácil leitura.</li> <li>• Livre de mercúrio.</li> <li>• Opção com rodízios</li> <li>• 01 Ano de Garantia</li> </ul> <p><b>Acompanha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pêra</li> <li>- Válvula de Deflação</li> <li>- Manômetro</li> <li>- Braçadeira</li> <li>- Tubo Helicoidal</li> </ul>			
21	149773-1	<p><b>MAQUINA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b></p> <p>Máquina de Circulação Extracorpórea modular composta de 04 Módulos Arteriais e 01 Módulo Base; Funcionar automaticamente e ter provisão para acionamento manual, em caso de falha mecânica ou elétrica; Console com rodízios com sistema de freios; Ajustes de oclusão para calibração; Configuração para um módulo arterial e três módulos aspiradores; Consumo de no mínimo 2,500 watts; Vazão do conjunto das bombas de no mínimo 10 L/min. Faixa de temperatura de no mínimo 0 a 40 graus celsius com ajuste contínuo; Temperatura de proteção até 43 graus celsius (<math>\pm 1</math> grau celsius); Termômetro de água; Capacidade do tanque mínimo de 4 litros; Sistema de controle para programação de temperatura, tempo de cirurgia e pinçamento da aorta. Alimentação elétrica 220v 60HZ, Garantia mínima de 01 ano; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; Deverá ser ministrado treinamento operacional adequado aos usuários; Possuir registro na ANVISA; Deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários ao pleno e correto funcionamento do equipamento.</p>	03	R\$ ---	R\$ ---
22	264925-0	<p><b>VENTILADOR PULMONAR PORTATIL CIPAP/BIPAP</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b></p> <p>Equipamento não invasivo, Gerador de fluxo com dois níveis de pressão, com as seguintes características: Modalidades de ventilação: CPAP, S, ST, auto- ST, T, aPCV, PSV, PCV,</p>	15	R\$ ---	R\$ ---

		<p>MPVp, MPVv, volume objetivo. Pressão de trabalho: 4 a 50 hPa (IPAP); 4 a 25 hPa (EPAP); 4 a 20 hPa (CPAP); Frequência Respiratória: 0 a 60 RPM em incrementos de 0,5rpm; 4 níveis de aumento de pressão: 100hPa/s, 80hPa/s, 50hPa/s e 20hPa/s Volume corrente de 100ml a 2000ml, Volume minuto de 0 a 99l/min, Fluxo máximo de oxigênio 15l/min, Tempo inspiratório Ti/Ti máx 0,5s a 4s, Nível de disparo 1 a 8 (95% a 5% do pico de fluxo em passos de 5%), Bateria de lítio com autonomia de funcionamento &gt;10 hrs. Tempo de recarga &gt;8 horas; Rampa programável de 5 até 45 minutos –Função alteração de pressão com retardo, que leva a unidade suavemente até a configuração de pressão prescrita; Sistema de alívio de pressão expiratório. Tecnologia que alivia a pressão durante a expiração para permitir que os pacientes expirem em pressões mais baixas por um breve período de tempo ajustável entre 5 a 45min; Com compensação de vazamento até 200lpm; Ajuste automático de altitude; Auto ON/OFF, Recurso de liga/desliga automático, que inicia e interrompe automaticamente o fluxo de ar; LCD 4,2" colorido com informações de pressão, compensação automática de altitude e vazamento; Compatível com umidificador aquecido integrado ao equipamento. Memória utilizável de 256 MB até 8 GB, interface compatível com SD versão 2.0, Umidificador Obs.: 1hPa aproximadamente 1cmh2o Alimentação: Bivolt automático 50/60 Hz. Equipamento com Registro na ANVISA.</p>			
23	224874-3	<p><b>SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA COMPOSTO DE VÍDEOCOLONOSCÓPIO, VÍDEOGASTROSCÓPIO, VIDEOBRONCOSCÓPIO e VIDEODUODENOSCÓPIO.</b> <b>Sistema Vídeo Endoscopia:</b> <b>Equipamento: Videoendoscopia sistema de imagem</b></p> <p>Especificações Técnicas mínimas: Para endoscopia terapêutica e diagnóstica; <b>Monitor de Vídeo:</b> Colorido mínimo de 27", LCD, Grau-médico, Entradas de Vídeo: NTSC e/ou Y/C e/ou RGB e/ou HDTV e/ou DVI e/ou SDI e/ou VGA.</p> <p><b>Processadora de imagem:</b> Com função de congelamento, controle automático/manual de imagens, memória de branco e balanço de branco automático; Registro através de porta UBS ou DVD-Rw</p>	04	R\$ ---	R\$ ---

		<p><b>Iluminação:</b> Xenon 300w c/ lâmpada auxiliar de emergência em caso de queima da lâmpada principal, ou em LED e/ou integrada ao endoscópio;</p> <p><b>Alimentação:</b> No-break estabilizado, entrada selecionável 127/220Volts, 60 Herz com autonomia mínima de 5 minutos, compatível com as necessidades do sistema de videoendoscopia e com sistema gerador de energia de emergência;</p> <p>Acessórios: 01 Carro de transporte; 01 No break; 01 Teclado Alfanumérico; 01 Equipamento de teste de infiltração</p> <p>Todas as licenças de softwares e itens necessárias ao pleno funcionamento do equipamento deverão ser ofertadas;</p> <p><b>Deverá acompanhar também:</b></p> <p><b>01 VÍDEOGASTROSCÓPIO:</b></p> <p>Especificações técnicas mínimas:</p> <p>Visão frontal, blindagem que permita imersão em líquido para desinfecção de alto nível, com duplo feixe de luz, 01 canal de biópsia de 3,2mm; tubo de inserção com diâmetro de 9,8mm; Comprimento mínimo de 1025mm, profundidade de campo que atenda a faixa de 3-100mm. Captura de imagem direta por CMOS na extremidade do endoscópio;</p> <p>Movimentos aproximados de sonda: UP = 210°; Down = 90°; Left: 100°. Right = 100°; 01 maleta para acondicionamento; 02 escovas de limpeza;</p> <p><b>01 VÍDEOCOLONOSCÓPIO:</b></p> <p>Especificações técnicas mínimas:</p> <p>Visão frontal, blindagem que permita imersão em líquido para desinfecção de alto nível, com duplo feixe de luz, 01 canal de biópsia de 3,7mm; tubo de inserção com diâmetro de 11,5mm a 13,4mm; com canal de jato frontal independente;</p> <p>Comprimento mínimo de 1670mm,</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>profundidade de campo que atenda a faixa de 3-100mm. Captura de imagem direta por CMOS na extremidade do endoscópio;</p> <p>Movimentos aproximados de sonda: UP = 180°; Down = 180°; Left: 160°. Right = 160°;</p> <p>01 maleta para acondicionamento; 02 escovas de limpeza;</p> <p><b>1 VIDEODUODENOSCÓPIO</b></p> <p>Especificações técnicas mínimas:</p> <p>Duodenovideoscópio eletrônico flexível para observação, terapêutica e documentação, com CCD de alta resolução e colorido. Desejável imagem no monitor em tela cheia (full screen). Com controle remoto que permita capturar, congelar e gravar imagens em equipamentos periféricos. Totalmente imersível, que suporte procedimentos de limpeza e desinfecção e/ou esterilização. Com distal destacável para garantir o reprocessamento adequado do equipamento.</p> <p>Ângulo do campo de visão: 100° (10 retro) mínimo Direção da visualização: lateral Profundidade do campo de visão: aproximadamente 4-60 mm Angulações da ponta distal: aproximadamente Up 120°, Down 90°, Right 100° e Left 90° Diâmetro do tubo de inserção: aproximadamente 11,6 mm Diâmetro do distal: aproximadamente 13,2 mm Diâmetro do canal de trabalho: mínimo de 4,2mm Comprimento de trabalho: aproximadamente 1250 mm Comprimento total: mínimo 1500 mm</p> <p>01 maleta para acondicionamento; 02 escovas de limpeza;</p> <p><b>1 VIDEOBRONCOSCÓPIO</b></p> <p>Especificações técnicas mínimas</p> <p>Videobroncoscópio eletrônico flexível para observação, terapêutica e documentação, com CCD de alta resolução e colorido, com controle remoto que permita capturar, congelar e gravar imagens em equipamentos periféricos. Totalmente imersível, que suporte</p>		
--	--	---	--	--

		<p>procedimentos de limpeza e desinfecção e/ou esterilização.</p> <p>Ângulo do campo de visão: 100° mínimo Direção da visualização: frontal Profundidade do campo de visão: aproximadamente 3~100 mm Angulações da ponta distal: aproximadamente Up 200° e Down 90° Diâmetro do tubo de inserção: aproximadamente 5,00 mm Diâmetro do canal de trabalho: mínimo de 2,00mm Comprimento de trabalho: aproximadamente 600 mm Comprimento total: mínimo 800 mm</p> <p>01 maleta para acondicionamento; 02 escovas de limpeza; Deverá ser declarado na proposta que o fornecedor assegura compatibilidade, conectividade e integração entre todos os componentes do sistema, incluindo os videoendoscópios, bem como o fornecimento de todas as partes e peças necessárias para o pleno funcionamento do sistema de vídeoendoscopia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Garantia de no mínimo 01 ano;</li> <li>✓ Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas do produto ofertado.</li> <li>✓ Anexar à proposta catálogo e/ou manual comprobatório das especificações técnicas do produto ofertado.</li> <li>✓ O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa;</li> <li>✓ O licitante deve fornecer instalação e treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a administração.</li> <li>✓ O equipamento deve possuir registro na ANVISA.</li> </ul>			
24	227223-7	<p><b>BOMBA INJETORA DE CONTRASTE COMPATÍVEL COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA</b> <b>Bomba Injetora de Contraste de dupla cabeça compatível com Tomografia Computadorizada.</b></p> <p>Sistema para injeção de contraste de dupla cabeça, automatizada com controle de fluxo e volume, para uso em exames de Tomografia Computadorizada. Cabeça compacta dupla com controle programável, que realize injeções simples e duplas nos protocolos de TC;</p>	03	R\$ ---	R\$ ---

		<p>Cabeça montada em suporte móvel com rodízios;</p> <p>Preenchimento automático de contraste;</p> <p>Painel com mostradores amplos para fácil visualização do status da injeção;</p> <p>Possibilidade de programação da injeção de uma até pelo menos quatro fases;</p> <p>Limite de pressão programável de 200 PSI;</p> <p>Seleção do tamanho da seringa;</p> <p>Monitor remoto compacto, de no mínimo 8", para acionamento e parada da injeção, além de configuração dos parâmetros da injeção;</p> <p>Programação de volume e fluxo da injeção;</p> <p>Possibilidade de injeção para teste de fluxo.</p> <p>✓ Garantia de no mínimo 01 ano;</p> <p>✓ Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas do produto ofertado.</p> <p>✓ Anexar à proposta catálogo e/ou manual comprobatório das especificações técnicas do produto ofertado.</p> <p>✓ O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa;</p> <p>✓ O licitante deve fornecer instalação e treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a administração.</p> <p>✓ O equipamento deve possuir registro na ANVISA.</p>			
--	--	--	--	--	--

A estimativa total do processo é de R\$ \_\_\_\_\_, ( \_\_\_\_\_ ) conforme Mapa de Apuração N.º 074/2022 acostado ao processo.

Obs: Os itens 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 serão exclusivos de micro e pequenas empresas uma vez que o seu valor é abaixo de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), conforme determina o art. 47, da Lei Complementar 123/2006, do Decreto nº. 8.538/2015.

## 5. DO LOCAL, HORÁRIO, EXIGÊNCIAS DA AQUISIÇÃO:

### 5.1. DO(S) LOCAL(IS) E HORARIO DE ENTREGA:

5.1.1. A entrega do objeto deverá ser realizada, sob demanda, nas Unidades Hospitalares dos seguintes endereços:

- **Hospital Municipal de Cuiabá Leony Palma de Carvalho – HMC, Endereço: Rua Orivaldo M. de Souza – S/Nº - Bairro Ribeirão do Lipa – Cuiabá-MT – CEP – 78.048-178.** Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, em horário de 08:00 às 17:00 – Telefone (s): (65) 3318-6800.
- **Hospital Municipal São Benedito – HMSB, Endereço: Avenida São Sebastião – nº 3.300 – esquina com à Rua Odorico Tocantins – Bairro Quilombo – Cuiabá- MT – CEP – 78.015.808.**

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, em horário de 08:00 às 17:00 – Telefone (s): (65) 3318-6595.

5.1.2. Por ocasião da entrega do objeto, deverão ser fornecidos os manuais, especificações e acessórios necessários à sua utilização se houver, bem como os esclarecimentos e informações técnicas pertinentes e em estrita consonância com o Termo de Referência.

## **5.2. DO PRAZO DE ENTREGA:**

5.2.1. A entrega do objeto deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, e contados do recebimento da Ordem de Serviço/fornecimento, sempre acompanhada do respectivo documento fiscal, devidamente datado e assinado pelo Fiscal do Contrato.

## **5.3. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

### **5.3.1 Das condições de fornecimento:**

**5.3.1.1** Os equipamentos deverão ser entregues devidamente montados e instalados, sem ônus para a Contratante;

**5.2.1.2** Os equipamentos elétricos deverão funcionar com carga de energia elétrica cuja voltagem esteja compreendida entre 220volts;

**5.2.1.3** A Contratada, durante a vigência da garantia dos equipamentos, além de fornecer manual do usuário em língua portuguesa, se compromete a dar suporte e/ou orientações acerca dos equipamentos, sempre que a contratante julgar necessário;

**5.2.1.4** Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de documentação técnica completa necessária para instalação, configuração e utilização do mesmo e de todos os seus periféricos, além da disponibilização de drivers dos dispositivos;

**5.2.1.5** A Contratada deverá descrever detalhadamente as garantias, compatíveis com a finalidade do equipamento;

**5.2.1.6** A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos objeto do presente Termo de Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos de funcionamento e operação, escritos em língua portuguesa e também disponibilizados em mídia eletrônica (CD/DVD), o que será verificado pelo usuário, quando da respectiva entrega. Caso os referidos documentos sejam apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o português.

**5.2.1.7** Todos os produtos deverão atender às normas estabelecidas pelo Ministério da saúde;

**5.2.1.8** Na ausência de especificação de cores poderão ser adotadas as cores: branco, cinza ou inox;

**5.2.1.9** Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade, rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

**5.2.1.10** Todos os documentos devem estar em língua portuguesa.

### **5.3.2 Das condições de Recebimento:**

**5.3.2.1** Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei n° 8.078 de 11/09/90, a apresentação dos equipamentos deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre as características, marca, procedência, número do lote, qualidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem e outros, bem como sobre os riscos que apresentar em à saúde e à segurança dos usuários, quando for o caso;

**5.3.2.2** Os recebimentos, serão realizados na forma do art.73, inciso II da Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações, a saber:

**Provisoriamente:** A comprovação do recebimento no momento da entrega dos equipamentos no local definido pela SMS, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificações e condições constantes neste Termo de Referência, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da respectiva entrega.

**Definitivamente:** A comprovação do recebimento e fará mediante apresentação do atesto de recebimento dos equipamentos, que o fará conforme termo circunstanciado, emitido conforme modelo anexado ao Edital e assinado por servidor público devidamente habilitado.

**Rejeitado:** Caso seja constatado, que estes não estejam em consonância como Edital e seus anexos, ou com a Legislação vigente.

**5.3.2.3** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do produto, nemético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

**5.3.2.4** Após a instalação do equipamento o termo de aceitação deverá ser preenchido e impresso pela Contratante e assinado pela Contratada.

**5.3.2.5** Os produtos deverão ser entregues indiscutivelmente de acordo com as especificações técnicas e demais disposições contidas na proposta da licitante e no Edital e seus anexos que precedeu e integra o ajuste, não sendo permitido, o recebimento de produtos fora das especificações em desconformidade com Edital;

**5.3.2.5** Contratante se reservado direito de solicitar que os produtos sejam testados por profissional capacitado.

**5.3.2.6** Os produtos deverão indiscutivelmente ser "novos", "sem uso".

**5.3.2.7** No ato da entrega, caso os equipamentos cotados tenham saído de linha, deverão ser entregues àqueles que substituíram os antigos modelos, ou seja, os mais atualizados/superiores, existentes no mercado, sem ensejar ônus para a ECSP, devendo ser fornecidos os respectivos comprovantes sobre a descontinuidade dos equipamentos ou de componentes, ficando, todavia, a aceitação da substituição, a critério da Contratante, que poderá o fazer, desde que não resulte nenhum tipo de prejuízo à Administração.

**5.3.2.8** A Contratante notificará a Contratada por escrito, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento dos equipamentos, sobre os itens que deverão ser substituídos, para que a troca ocorra no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**. A não reposição no prazo estabelecido constitui motivo para rescisão do contrato.

**5.3.2.9** Caberá à contratada arcar com as despesas de embalagem, frete e despachos inerentes aos itens a serem substituídos, inclusive seguro.

**5.3.2.10** As especificações dos equipamentos serão consultadas através do registro apresentado, junto ao banco de dados da ANVISA;

**5.3.2.11** As caixas contendo os equipamentos não poderão ser abertas, a não ser pelo técnico da Contratada devidamente credenciado e identificado, pois isso poderá ocasionar a perda da garantia do(s) equipamento(s);

**5.3.2.12** A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as condições deste Termo de Referência e de seus Encartes.

### **5.3.3 Do Transporte, Entrega e Instalação:**

**5.3.3.1** A licitante deverá elaborar sua proposta compreendendo TODOS OS CUSTOS, inclusive, tributos, frete, carga e descarga, seguro, montagem, instalação, comissionamento (se houver) e partida dos equipamentos, treinamento, assistência técnica e garantia.

**5.3.3.2** Os transportes dos equipamentos deverão ser efetuados de acordo com o disposto abaixo:

a) Toda e qualquer despesa com despacho, frete, seguro e demais despesas para transporte dos produtos ficara a cargo da contratada;

b) A Contratada se responsabiliza integralmente por quaisquer avarias, riscos, violações e eventuais problemas ocorridos durante o transporte da mercadoria até a sua efetiva entrega.



**5.3.3.3** Os produtos deverão ser entregues com frete CIF e outros custos envolvidos, na **Unidade de Saúde indicada pela ECSP**, no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias**, contados a partir da data do recebimento da nota de empenho, devendo os mesmos ser entregues à Comissão de Recebimento, em data e horário previamente agendados junto a SMS, como determina o §8º, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial;

**5.3.3.4** A Nota de Empenho poderá vir acompanhada de Autorização de Entrega que conterá, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Numeração própria e sequencial;
- b) Nome da entidade beneficiada e seus respectivos prepostos e endereços (local de entrega e instalação);
- c) Quantidades de equipamentos a serem entregues por beneficiário;
- d) Data e assinatura do Gestor da Contratante e do Preposto da Contratada.

**5.3.3.5** O serviço de montagem deverá estar incluído no prazo máximo de entrega de 30 (trinta) dias corridos contados da data de recebimento da Nota de Empenho.

**5.3.3.6** Será de responsabilidade da Contratada a instalação e montagem dos equipamentos, correndo às suas expensas todos os custos referentes às mesmas, devendo fazer parte do procedimento de instalação e montagem, a capacitação técnica, no local, para os futuros usuários dos equipamentos adquiridos.

**5.3.3.7** Nos primeiros 10(dez) dias úteis do período de vigência do Contrato, poderão ser marcadas, pela Contratante, reuniões com a Contratada para:

- a) Formalizar os documentos e arquivos eletrônicos para troca de informações entre Contratante e Contratada;
- b) Detalhar o processo de entrega e instalação dos equipamentos, do qual resultará um cronograma de entrega e instalação, observando os procedimentos e prazos definidos neste Termo de Referência, e compreendendo o repasse, pela Contratante para a Contratada, do endereçamento do local de entrega e instalação dos equipamentos;

**5.3.3.8** A data de entrega poderá prorrogada desde que haja pedido formal da Contratada devidamente justificada e seja acatada pela Contratante, caso contrário, não sendo deferido o pedido, a Contratante determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação;

**5.3.3.9** A critério da Contratante, a entrega poderá ser parcelada.

#### **5.3.4. DA GARANTIA:**

##### **5.3.4.1 Relativo a garantia e assistência técnica considerar-se-á o seguinte vocabulário:**

**5.3.4.1.1** Prazo de Garantia de Funcionamento: é o período em meses, dentro do qual, nas condições registradas na Proposta Técnica e constantes do respectivo Termo de Garantia, a Contratada compromete-se em manter os equipamentos por ela fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada e nas condições e configurações constantes deste Termo de Referência.

**5.3.4.1.2** Atendimento Técnico: é a presença, no local de instalação dos conjuntos, de técnico da Contratada ou de seus prepostos;

**5.3.4.1.3** Chamado Técnico: é a solicitação feita pela Contratante ou por seu preposto, através de telefone ou de outra forma acordada com a Contratada, para a realização de um Atendimento Técnico;

**5.3.4.1.4** Consulta Técnica: é qual quer contato feito através de telefone, fax ou rede de computadores, para consulta, esclarecimento ou orientação;

**5.3.4.1.5** Prestadora de Serviços: é a própria Contratada ou uma empresa legalmente constituída, por ela contratada, especializada na prestação de serviços de assistência técnica e/ou montagem/integração de equipamentos e aplicativos;

**5.3.4.1.6** Help-Desk: é uma instalação da Contratada ou de empresa autorizada por esta, capaz de atender imediatamente (on-line) consultas e chamados técnicos por telefone, obrigatoriamente, fax ou rede de computadores, alternativamente, que deve estar disponível todos os dias úteis de 08:00 às 18:00, horário de Brasília (DF);

**5.3.4.1.7** Horário de Assistência Técnica: é o período das 8:00 às 18:00, de acordo como horário de cada unidade da federação, durante o qual um serviço está disponível para o público, de segunda-feira a sexta-feira;

**5.3.4.1.8** Manutenção Corretiva: é o conjunto de ações realizadas para recolocar os equipamentos sem seu perfeito estado de uso, compreendendo substituições de peças, ajustes e reparos, incluindo a reinstalação de sistema operacional e aplicativos, quando esta necessidade decorrer de problema de hardware;

**5.3.4.1.9** Preposto da Contratada: é um representante da Contratada, devidamente constituído, com poderes para executar qualquer tipo de serviço técnico ou tomar decisões de caráter administrativo em relação à garantia do objeto desta licitação.

**5.3.4.1.10** Prazo de Reparo: é o período, em dias úteis, transcorrido entre o Chamado Técnico e o efetivo restabelecimento do funcionamento dos equipamentos, isto é, o prazo no qual a Contratada compromete-se a restabelecer o funcionamento dos equipamentos/conjuntos, que forneceu nas condições deste Termo de Referência, do Edital de Pregão e do Contrato;

**5.3.4.2** Havendo necessidade de interrupção dos serviços por desmobilização dos equipamentos para manutenção corretiva com espaço de tempo superior a 24 horas, durante o período de garantia, a fornecedora deverá ofertar opção de continuidade dos serviços, como a disponibilização de outro equipamento que supra a demanda pelo período necessário.

**5.3.4.3** A Contratada deverá garantir assistência técnica para os equipamentos, no respectivo local de entrega, através de representante credenciado; a assistência técnica deverá ser prestada no local onde o equipamento for instalado;

**5.3.4.4** O fornecimento dos equipamentos, objeto da presente aquisição compreenderá todos os itens relacionados e partes componentes, mesmo os não mencionados explicitamente, porém, necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos a que se refere este Termo de Referência;

**5.3.4.5** Para efeito de cumprimento da garantia, quando da instalação dos equipamentos, a empresa Contratada deverá utilizar método de lacre que garanta a identificação da violação dos equipamentos durante o prazo de garantia, obrigando-se a efetuar a troca a cada atendimento ao equipamento. Toda operação de lacre do equipamento, deverá ser identificada na ordem de serviço, ou documento equivalente, da empresa responsável pela instalação/manutenção do equipamento, com a assinatura data dado responsável pela unidade beneficiada, identificado no documento. Cópias desses documentos devem ser entregues aos responsáveis do Contratante e da Contratada no ato da assinatura;

**5.3.4.6** Para os equipamentos, entende-se por perfeito funcionamento quando, após atendimento, os equipamentos estiverem operacionais conforme exigido por este Termo de Referência, e as demais funcionalidades idênticas às das instaladas em fábrica;

**5.3.4.7** A Contratada poderá requerer isenção do compromisso de garantia sobre o equipamento quando o(s) equipamento(s) em questão estiver(em) como lacre de garantia violado e sua composição divergente da amostra entregue como referência para a Contratante;

**5.3.4.9** O recebimento do Chamado Técnico por preposto da Contratada implica no início da contagem do prazo de reparo;

**5.3.4.10** O Prazo de Reparo não poderá exceder a 02 (dois) dias úteis;

**5.3.4.11** Os Chamados Técnicos devem ser precedidos de tentativa de diagnóstico por intermédio de consulta aos técnicos especialistas dos fornecedores;

**5.3.4.12** Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um relatório detalhado cuja cópia ficará à disposição da Contratante, pelo prazo divergência do Contrato, do qual conste, no

mínimo:

- a) Local no qual a assistência técnica foi acionada;
- b) Nomes dos responsáveis pelo chamado, pelo atendimento e pela comprovação do restabelecimento de funcionamento, com as assinaturas de todos;
- c) Descrição do (s) equipamento (s) envolvido(s), inclusive com modelo, número de série e outros códigos identificadores;
- d) Descrição da (s) anormalidade (s) observada(s);
- e) Providências tomadas e reparos efetuados;
- f) Confirmação da recolocação do lacre por parte do técnico do atendimento, devidamente assinada pelo responsável pelos equipamentos;
- g) O status final do atendimento da assistência técnica que foi prestada;

**5.3.4.13** Mensalmente deverá ser fornecido, ao Contratante, um arquivo eletrônico com todos os chamados técnicos realizados no período, juntamente com um relatório analítico com as informações citadas acima e sintético (estatística por tipo de atendimento e relação dependências), demonstrando os Atendimentos Técnicos, impresso e em mídia magnética, em formato a ser acordado entre as partes); esses relatórios poderão ser substituídos por página de serviços de informações na Web, desenvolvida pela Contratada, desde que forneça as mesmas informações e que permita o download dos arquivos mencionados;

**5.3.4.14** Os Atendimentos Técnicos deverão ser realizados durante o horário de Assistência Técnica. Poderão ser executados em outros dias e horários, dependendo de prévio acordo entre a Contratante e Contratada;

**5.3.4.15** É facultado à Contratada elaborar planos de manutenção e suporte que incluam treinamento especializado para os locais de instalação dos equipamentos/conjuntos, visando maximizar a eficiência das Consultas Técnicas, minimizarem necessidade de Chamados Técnicos etc., desde que tais treinamentos não impliquem ônus para a Contratante. Mediante acordo prévio, as instalações das unidades beneficiadas poderão ser colocadas à disposição da Contratada para realização dos treinamentos em tela.

**5.3.4.16 Relativo a garantia dos produtos, a Contratada deverá ainda:**

- a) Observar e atender às especificações de garantia dos produtos fornecidos, em todos os aspectos;
- b) Realizar, no ato da entrega, a Certificação de todos os equipamentos adquiridos;
- c) Garantir eventuais defeitos de fabricação por um período mínimo de **24 (vinte e quatro) meses**, contados da data de recebimento ou conforme os limites estabelecidos pelo fabricante e usualmente praticados pelo mercado afim, quando estes forem superiores ao período mínimo, contados do recebimento definitivo dos equipamentos.
- d) Fornecer produto que atenda aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90(Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

**5.3.4.17** A Contratante poderá, a qual quer tempo, solicitar documentos, informações e treinamentos para operadores, relativas ao produto ofertado

**5.3.4.18** Os produtos que apresentar defeito de fabricação durante o período de garantia deverá ser trocado pelo fornecedor, sem ônus para a Administração, no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos** contados da notificação;

**5.3.4.19** Todos os produtos devem estar de acordo com as normas da ABNT e/ou normas internacionais, quando for o caso, deforma a atender as resoluções, portarias e outros dispositivos legais estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

**5.3.4.20** Compreende-se na garantia, a obrigatoriedade de disponibilização pela Contratada, de profissional técnico especializado para que, no mínimo uma vez a cada **24 (vinte e quatro) meses**, e/ou quando solicitado, compareça ao local de instalação do equipamento e realize a

manutenção preventiva e/ou corretiva, às suas expensas e risco, sem custos adicionais a Contratante, inclusive com a retirada e o transporte do equipamento, caso necessário, e a troca de peças, que garanta o seu pleno e original funcionamento, em todo o território nacional.

## 5.5. DA SUBCONTRATAÇÃO:

5.5.1 É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto da contratação, salvo a devida autorização da ECSP, nos termos do art. 78 da Lei Nº 13.303/2016.

## 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 Além daquelas determinadas no Termo de Referência, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura Contratada, também se incluem os dispositivos a seguir:

- a) Comunicar a **Contratante**, verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quais quer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior;
- b) Assinar/Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da convocação formal;
- c) Substituirá mercadoria, no prazo de até **30 (trinta) dias corridos**, após notificação formal, que estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresentarem vício de qualidade.
- d) Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e transporte do objeto desta Licitação, desde a fábrica até o local de entrega previsto neste Instrumento Convocatório;
- e) Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos materiais/bens com as devidas garantias inclusas, não podendo repassar nenhum dos itens desta licitação a outra empresa;
- f) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive para fiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente contratação;
- g) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total na entrega dos materiais/bens;
- h) Caso, a qualquer tempo a **Contratante** ou a **Contratada**, sejam favorecidas com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão e numa redução de preço;
- i) Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.
- j) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
- k) Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte aos equipamentos no Hospital Municipal contemplado, disponível até o término do prazo de garantia do último equipamento instalado;
- l) Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência;
- m) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante;
- n) Responsabilizar-se pelo fornecimento, entrega e instalação dos equipamentos, objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, viera, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros;



- o) Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a Contratada estar ciente das normas técnicas dos vários órgãos normatizadores e regulamentadores (ANVISA, ABNT, etc.) correspondentes às demandas descritas no Termo de Referência, anexado ao Edital;
- p) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento.

## **6.2 Compromete-se ainda a Contratada as seguintes obrigações:**

- a) Fornecer no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, o detalhamento técnico quanto às necessidades de pré-instalação do equipamento, instruindo quanto às instalações de rede elétrica, água e esgoto, aterramento, temperatura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, partículas ou poluentes, proteção ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento do equipamento e proteção ao meio-ambiente;
- b) Entregar toda a documentação técnica e explicações que permitam a manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade da solução divergente;
- c) Fornecer e instalar apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos reconicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado;
- d) Responsabilizar-se por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos equipamentos e peças ou defeitos de software/firmware, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças/software/firmware que se fizerem necessárias sem ônus;
- e) Disponibilizar, quando da entrega do equipamento, sua documentação técnica detalhada de todas as partes/peças, itens, subitens, acessórios e periféricos que compõem o objeto de licitação;
- f) Entregar, no ato da entrega do equipamento, os manuais de serviço e de operação, ambos em português ou acompanhado de tradução, para cada item distinto do objeto da licitação. Podendo, entretanto, exigir sigilo em função do seu direito à propriedade industrial ou intelectual;
- g) Garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data de aceitação dos equipamentos, a disponibilidade de peças de reposição e de insumos, comprometendo-se a fornecê-los no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento do pedido da Empresa Cuiabana de Saúde Pública;
- h) Fornecer uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade). A relação deverá estar anexada à proposta comercial;
- i) Realizar treinamento técnico para os técnicos da Engenharia da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, para conhecimento das partes internas do equipamento;
- j) Prestar treinamento operacional aos colaboradores técnico-assistenciais da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, para conhecimento operacional do equipamento.

## **7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1 São obrigações da Empresa Cuiabana de Saúde Pública:

7.2 Supervisionar, monitorar e fiscalizar o cumprimento das obrigações fixadas para a fornecedora, e para os seus profissionais, registrando, registrando as ocorrências e eventuais deficiências relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando, formalmente, à fornecedora quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.

7.3 Permitir o acesso dos representantes ou profissionais da fornecedora ao local de prestação de serviços, desde que devidamente identificados, proporcionando todas as facilidades para que a empresa fornecedora possa desempenhar, por meio dos profissionais, os serviços contratados.

7.4 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos;

7.5 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.6 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.7 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Fornecedora, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.8 Efetuar o pagamento à Fornecedora no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

7.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Fornecedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Fornecedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO**

8.1 Serão designados por meio de portaria, os responsáveis abaixo para efetuarem o acompanhamento e eventual fiscalização:

FISCAL DE CONTRATO	Nome: CPF: RG: Matrícula: Cargo/Lotação:
SUPLENTE DE CONTRATO	Nome: CPF: RG: Matrícula: Cargo/Lotação:

8.2 Caberá ao Fiscal, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela empresa CONTRATADA, encaminhando-a diretamente à Gerência de Planejamento e Finanças da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, a fim de providenciar a Nota de Liquidação.

8.3 O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da entrega e recebimento do objeto do contrato.

8.4 A verificação da adequação dos produtos entregues deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo.

8.5A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade do material, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no artigo 81, § 1º da Lei 13.303/2016;

8.7 O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;



8.8 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 82 a 84 da Lei nº 13.303/2016.

8.9 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

8.10 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos produtos para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.11 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto.

8.12 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da aquisição realizada.

8.13 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação de serviços.

8.14 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, AINDA que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o artigo 76 da Lei nº 13.303/2016

## 9. DA NOTA FISCAL/FATURA E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM:

9.1 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota de Empenho e deverá conter as seguintes discriminações:

- Razão Social;
- Número da Nota Fiscal/Fatura;
- Data da Emissão;
- Nome da Unidade Hospitalar;
- Descrição do Material;
- Quantidade, preço unitário, preço total;
- Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta corrente);
- Número do Contrato;
- Número do Empenho.

9.2 A Nota Fiscal deverá ser protocolada pela **CONTRATADA** no **PROTOCOLO CENTRAL ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ – SEDE DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA**, com as devidas certidões fiscais vigentes com direcionamento ao setor de Licitações e Contratos – LICON;

9.3 A data de apresentação da Nota Fiscal será registrada nos autos do processo no sistema informatizado de controle de processo;

9.4 Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida a Contratada para as necessárias correções informado o motivo que motivaram a sua rejeição.

9.5 Somente após o recebimento da Nota Fiscal devidamente corrigida é que se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação.

9.6 Deverá obrigatoriamente fazer acompanhar da Nota Fiscal, todas as certidões de regularidade fiscais, devidamente válidas:

- a) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da Contratada, **observando que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participações de licitações públicas;**
- c) Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;
- d) Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- f) Lista de Inidôneas do TCU;

## 10. DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado em até no máximo 30 (trinta) dia após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, obedecendo ao cronograma de desembolso previsto no Decreto Estadual nº 1.349/2018;

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à prestação de serviços, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência.

10.7. Constatando-se, a situação de irregularidade da Fornecedora, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Fornecedora, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao órgão fiscal.

10.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

## 11. DO REAJUSTE:

11.1 Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 (doze) meses;

## 12. DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIA:

Documentações Específicas Exigidas:

Habilitação/Qualificação	Fundamentação	Exigências	
		Sim	Não
Da Habilitação Jurídica	Art. 58, Inciso I da Lei 13.303/2016	x	
Da Regularidade Fiscal e Trabalhista	Art. 58, Inciso I da Lei 13.303/2016	X	
Da Qualificação Técnica	Art. 58, Inciso II da Lei 13.303/2016	X	
Da Qualificação Econômico-Financeira	Art. 58, Inciso III da Lei 13.303/2016	X	
Declaração Complementares	Conforme Exigências elencadas no processo		x

### 12.1 Da Habilitação Jurídica:

12.1.1 Cópia da célula da identidade do representante legal;

12.1.2 Cópia do Ato Constitutivo da empresa devidamente arquivado no órgão competente, juntamente com as suas alterações e consolidação.

12.1.3 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).

### 12.2 Da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

12.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste processo;

12.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN

nº 1.751, de 02/10/2014), podendo ser retirada através dos sites: [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br) ou [www.pgfn.fazenda.gov.br](http://www.pgfn.fazenda.gov.br);

12.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da empresa, observando que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em licitações públicas, sendo expedida pelo site: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br);

12.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da empresa, com validade na data de apresentação da proposta;

12.2.5 Certificado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais com validade na data de apresentação da proposta, onde poderá ser retirada no Site: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br);

12.2.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

### 12.3 Da Qualificação Econômico-Financeira:

12.3.1 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da empresa, emitida no máximo até 180 (cento e oitenta) dias da data da assinatura do contrato, caso não conste outro prazo de validade específico na referida certidão.

12.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

### 12.4 Outros Documentos:

- a. Publicação na Internet ou Diário Oficial da União, em conformidade como artigo 5º § 3º da Portaria nº 2.814-GM/98 ou a sua isenção; estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, conforme parágrafo 6º do artigo 14, do Decreto Federal nº 79.094, de 05 de janeiro de 1977, acompanhada de cópia da publicação do registro vencido, **legível e destacado com marca texto**.
- b. Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
- c. Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da sede da licitante;
- d. Declaração de que prestará garantia e assistência técnica dos produtos ofertados durante todo o período de garantia dos produtos na forma exigida no Edital, sem ônus para a Contratante, arcando inclusive como deslocamento do equipamento, caso seja necessário;
- e. Declaração de que todos os produtos estão de acordo com as normas da ABNT e/ou normas de padrões internacionais, quando for o caso, de forma a atender as resoluções, portarias e outros dispositivos legais estabelecidas pelo Ministério da Saúde;
- f. Declaração na qual se compromete disponibilizar **as suas expensas**, caso a **Contratante** requeira, um Especialista com qualificação pelo fabricante, que promoverá nas dependências do HMC/HMSB, durante o período estabelecido pela ECSP, treinamento e/ou orientação necessária à correta operacionalização dos produtos fornecidos;
- g. **Declaração de que os equipamentos ofertados possuem todas as certificações e compatibilidades exigidas no Termo de Referência e que estes possuem a garantia contra qualquer defeito de fabricação com vigência mínima de 24 meses;**
- h. Declaração assinada pelo "Responsável Técnico e/ou Legal da Empresa" que ficará obrigada a garantir, após a instalação dos equipamentos: Assistência Técnica, Treinamento de Operação, Treinamento de Manutenção, Calibração, Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva, Peças de Reposição e Material de Consumo correspondente aos equipamentos da proposta, para profissionais qualificados desta Empresa, durante a vigência de garantia;
- i. Declaração informando a relação dos materiais de apoio que acompanham o produto, tais como manuais, termos de garantia, produtos para sua montagem e proteção, entre

outros.

12.6 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

12.7 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade dessa.

12.8 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

### **13. DO CONTRATO:**

13.1 Após a celebração do CONTRATO, a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições de habilitação e retirar a Nota de Empenho para a aquisição, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis quando convocado;

13.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, respeitando o limite permitido na Lei n. 13.303/2016 e suas alterações.

13.3. Como condição para emissão da Nota de Empenho, a CONTRATADA deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada, e ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

13.4. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante Fundo de garantia por Tempo de serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a Fazenda Nacional (Certidão conjunta negativa de Débito relativa a tributos federais e dívida ativa da União), Estadual e Municipal, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo a impossibilidade devidamente justificada;

13.5 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a situação de regularidade de que trata o item 13.3, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

13.6. Quando a Contratada, por qualquer motivo, deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes do item 13.3, ou, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular, ou se recusar a assinar o contrato, além das sanções previstas neste contrato, serão convocados os demais licitantes classificados remanescentes, dentro da ordem registrada no processo licitatório.

13.7. A CONTRATADA, poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, desde que devidamente justificadas com base no § 1 do art. 65 da Lei 8.666/93.

### **14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E SUA VIGÊNCIA:**

14.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013, cabendo à ECSP promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).



**14.2.** Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o ITEM, respeitadas à legislação, observando-se o seguinte:

**14.3.** O(s) preço(s) registrado(s) e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) ficarão disponíveis aos interessados na ECSP, bem como serão publicados na forma da Lei;

**14.4.** Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a ECSP convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**14.5.** O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

**14.6.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

**14.7.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a ECSP poderá:

14.7.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

14.7.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

**14.8.** Não havendo êxito nas negociações, a ECSP deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**14.9.** O registro do fornecedor será cancelado quando:

14.9.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

14.9.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela ECSP, sem justificativa aceitável;

14.9.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

14.9.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de licitar e/ou celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

14.9.5 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 14.9.1, 14.9.2 e 14.9.4 será formalizado por despacho da ECSP, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**14.10.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

14.10.1. por razão de interesse público; ou

14.10.2. a pedido do fornecedor.

**14.11** Da utilização da Ata de Registro de Preço:

14.11.1. Esta Ata poderá ser aderida, durante sua vigência, por qualquer órgão ou entidade, no âmbito estadual ou municipal, responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016, desde que devidamente justificada a vantagem e mediante concordância por parte da ECSP.

14.11.2 A manifestação da ECSP fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da utilização da ata de registro de preços,

14.11.3. Os órgãos ou entidades não participantes, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar a ECSP para manifestação sobre a possibilidade de adesão.



14.11.4 As autorizações de adesões desta Ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

14.11.5 Os quantitativos decorrentes das adesões desta Ata não excederão, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

14.11.6. Caberá ao licitante, observadas as condições estabelecidas nesta Ata, optar pela aceitação ou não da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e/ou futuras decorrentes desta Ata, assumidas tanto com a ECSP quanto com os órgãos participantes, quando existirem.

14.11.7 Após a autorização da ECSP, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada, em até 90 (noventa) dias, observado o prazo da vigência da ata.

14.11.8. É de competência do órgão ou entidade que aderiu à ata, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo licitante das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências à ECSP.

14.11.9. Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, descrever no seu pedido:

14.11.9.1. A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;

14.11.9.2. A estimativa de quantidades a serem fornecidas no prazo de validade do registro;

14.11.9.3. O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem fornecidas;

14.11.9.4. A quantidade total de unidades a ser aderida, por item;

14.11.9.5. O prazo de validade de registro de preço;

14.11.9.6 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a frequência, periodicidade, características dos produtos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados por parte do fornecedor.

14.11.9.7. Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.

## **15. DO CUSTO ESTIMADO:**

15.1 O custo estimado da presente licitação será revelado após a finalização do certame licitatório.

## **16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

16.1 Comete infração administrativa, no termos da Lei 10.024 de 2016 e/ou da Lei 13.303 de 2016, o licitante/adjudicatário que:

16.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

16.1.2 apresentar documentação falsa;

16.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

16.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.5 não manter a proposta;

16.1.6 cometer fraude fiscal;

16.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

16.1.8 não entrega o objeto.

16.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

16.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a. Multa de até 10% (por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- b. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no CIM e SICAF, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

16.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.  
16.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto em Lei nº 13.303/2016.

16.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CIM e SICAF.

16.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

## **17. DOS RECUSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

17.1 As despesas decorrentes da contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

**Órgão:** 16 – Secretaria Municipal de Saúde

**Gestão/Unidade:** 501 – Empresa Cuiabana de Saúde Pública

**Fonte:** 659 – Transferência de Recursos da Secretaria Municipal de Saúde

**Programa de Trabalho:** 2432 - Ações de Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatoriais – HMC

2433 - Ações de Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatoriais – HMSB

**Elemento de Despesa:** 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente

## **18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

18.1 A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a licitação bem como demais anexos que o integram.

18.2 A proposta deverá ter validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública da licitação;

18.3 O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como de embalagem, frete, garantia, transporte, e seguro para entrega do bem no local indicado, bem como, todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência, Edital e Anexos;

18.4 Serão desclassificados as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Termo de Referência, Edital e anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

18.5 Deverá ser prestadora do serviço do ramo de atividade pertinente ao objeto, que atenda todos os requisitos documentais, forneça o produto conforme descrição e ofereça melhor preço (economia).

## **19. DA DECLARAÇÃO:**

19.1 Atesto para os devidos fins que as informações constantes no presente Termo são verídicas, sob penas da lei, e de minha inteira responsabilidade.

Cuiabá, 25 de Agosto de 2022

Demais Responsável (is):

**Reisi Rachid Jaudy**  
Engenheiro Clínico  
Engenharia Clínica  
Empresa Cuiabana de Saúde Pública

**Dr. Vinicius Gatto Cavalcante Oliveira**  
Diretor Técnico  
Diretoria Técnica - HMC  
Empresa Cuiabana de Saúde Pública

Do Ordenador de Despesa:

**Paulo Rós**  
Diretor Geral  
Diretoria Geral  
Empresa Cuiabana de Saúde Pública

#### ELABORADORES DO TERMO DE REFERÊNCIA

ELABORADOR ESTRUTURAL	ELABORADOR TÉCNICO
Nome: Paulo Vítor R. de Magalhães CPF: 020.881.381-02 Cargo: Oficial Administrativo E-mail: paulo.vitor@cuiaba.mt.gov.br <a href="tel:(65)99284-9756">Tel: (65) 99284-9756</a>	Nome: Gessika Antonia de Figueiredo CPF: 034.022.961-60 Matricula: 4898448 Cargo: Técnica Administrativo Comercial E-mail: Gessika.solaris@gmail.com <a href="tel:(65)3318-4892">Tel: (65) 3318-4892</a>

## ANEXO II

### EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA - ECSP CONTRATO N.º 0XX/2022/ECSP

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0XX/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00.0XX.XXX/2022-1.

A **EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA**, inscrita no CNPJ n. 21.873.611/0001-14, com sede na Rua Orivaldo M. de Souza s/n, - Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT, por intermédio da sua Diretoria Executiva, representada pelos seus diretores: EDUARDO PEREIRA VASCONCELOS, nomeado pelo ato n. 545/2021, de 08 de março de 2021, publicado no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso de 11 de março de 2021, exercendo o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro e, o PAULO SÉRGIO BARBOSA RÓS, nomeado pelo ato n. 1439/2021, de 03 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso em 04 de novembro de 2021, portador da matrícula funcional nº 4910472, exercendo o cargo de Diretor Geral, doravante **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ n. \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, neste ato representado pelo(a) \_\_\_\_\_, Portador do RG nº \_\_\_\_\_, Inscrito no CPF sob nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado no Município de \_\_\_\_\_, doravante **CONTRATADA**, em observância às disposições legais da Lei n. 13.303 de 2016, da Lei 10.024 de 2019, da Lei 8.078 de 1990, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 00X/2022, Processo Administrativo n. 00.0XX.XXXX/2022-1, mediante as cláusulas condições a seguir enunciadas:

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Contratação para a Aquisição, sob demanda, de equipamentos médicos hospitalares para atender os setores assistenciais do Hospital Municipal de Cuiabá Drº Leony Palma de Carvalho – HMC e Hospital Municipal de São Benedito – HMSB, ambos geridos e administrados pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES AO CONTRATO

2.1. Constituem partes integrantes deste contrato, estando a ele vinculadas, como se neste estivessem transcritas, o Edital nº \_\_\_\_/2022.

2.2. Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro do padrão da técnica atual.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONTRATO E GARANTIA CONTRATUAL

3.1 O período de **vigência do contrato será de 12 (doze) meses** contados da data de publicação respeito os limites da Lei nº 13.303/16.

3.2 A adjudicatária terá o **prazo de 5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para **assinar o Termo de Contrato** ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

3.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

3.2.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da contratada perante Fundo de garantia por Tempo de serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e a Fazenda Nacional (Certidão conjunta negativa de Débito relativa a tributos federais e dívida ativa da União), Estadual e Municipal, estiverem com os prazos de validade vencidos, a Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo a impossibilidade devidamente justificada;

3.2.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a situação de regularidade de que trata o item 3.3, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

3.3 Quando a Contratada, por qualquer motivo, deixar de comprovar a regularidade fiscal, ou, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular, ou se recusar a assinar o contrato, além das sanções previstas neste contrato, serão convocados os demais licitantes classificados remanescentes, dentro da ordem registrada no processo licitatório.

3.4 A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 81 § 1º da lei nº 13.303/16.

3.4.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

3.4.2. No caso de alteração do contrato que aumente os encargos da Contratada, a ECSP deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio-econômico financeiro inicial.

### 3.5 Da Garantia Contratual:

3.5.1 Quando CONTRATADA, deverá fornecer Garantia de cumprimento de suas obrigações no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da assinatura do Contrato, em favor da CONTRATANTE, no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor total do Contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da CONTRATADA:

- a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b) seguro-garantia; ou
- c) fiança bancária.

3.5.2 A garantia contratual deverá ter validade até o terceiro mês após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada renovação/aditivo do contrato proporcional ao saldo financeiro a executar. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída em até 60 (sessenta) dias após a execução do contrato, conforme art. 56 da Lei 8.666/93

3.5.3 Caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, eles deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no Contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aqueles previstos no artigo 2º da Lei 10.179, de 06 de fevereiro de 2001.

3.5.4 Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deve providenciar o depósito junto à instituição financeira indicada pela CONTRATANTE, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.

3.5.2 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE.

3.5.5 A garantia poderá ser utilizada, ainda, para o pagamento referente às indenizações e multas à CONTRATADA por descumprimento contratual.

3.5.6 A garantia será liberada ou restituída à CONTRATADA após cumprimento das obrigações pactuadas no Contrato, nos contratos da legislação vigente.

## 4. CLÁSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES

### 4.1 Do quantitativo, especificações e valores:



Item	Descrição	Und. De Medida	Quant.	Valor Unt.	Valor Total
01	<p><b>APARELHO DE ANESTESIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparelho com O<sub>2</sub>, Ar e N<sub>2</sub>O Canalizados</li> <li>• Ligações de Cilindro do tipo Pin-index;</li> <li>• Válvula de segurança contra excesso de pressão endotraqueal;</li> <li>• Vaporizadores para Isoflurano, Sevoflurano com capacidade mínima de 220 ml, mostrador de carga com marcação de carga máxima e carga mínima;</li> <li>• Equipamento para aplicação em Pacientes do tipo: Neonatal, Pediátrico, Adulto e Obeso</li> </ul> <p>Ventilação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo de ventilação por Volume, Pressão, SIMV e PSVPro;</li> <li>• Gama de pressão paciente: -20 a 120 CMH<sub>2</sub>O;</li> <li>• Gama de alarmes de alta pressão 12 a 100 CMH<sub>2</sub>O;</li> <li>• Gama de volume corrente: 5 a 9999ML;</li> <li>• Intervalo de ajuste volume corrente: 20 a 1500ML;</li> <li>• Volume minuto de 0 a 99,9 Litros;</li> <li>• Faixa de Peep: 0-30 cmH<sub>2</sub>O</li> <li>• Faixa de Frequência Respiratória: 4 – 100 rpm;</li> <li>• Recipiente de cal sodada com capacidade mínima de 800g;</li> </ul> <p>Estrutura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composto de gabinete com no mínimo 2 gavetas;</li> <li>• 04 Rodas de aproximadamente 13 cm com freio nas frontais,</li> <li>• Conexões interface rs-232 e atualização de software por dispositivo externo;</li> </ul>	Und	05	R\$ ---	R\$ ---

Alimentação 220V ou bivolt.				
Valor Total do Contrato é de: R\$ R\$ _____, ____ (_____)				

**4.1.1.** O item acima mencionado é exemplificativo, sendo adequados no momento da assinatura do contrato, podendo ser verificado previamente no Termo de Referência.

## **5. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, EXIGENCIA, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

### **5.1. DO(S) LOCAL(IS) E HORARIO DE ENTREGA:**

5.1.1 A entrega do objeto deverá ser realizada, sob demanda, nas Unidades Hospitalares dos seguintes endereços:

- Hospital Municipal de Cuiabá Leony Palma de Carvalho – HMC, Endereço: Rua Oriovaldo M. de Souza – S/Nº - Bairro Ribeirão do Lipa – Cuiabá-MT – CEP – 78.048-178. Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, em horário de 08:00 às 17:00 – Telefone (s): (65) 3318-6800.
- Hospital Municipal São Benedito – HMSB, Endereço: Avenida São Sebastião – nº 3.300 – esquina com à Rua Odorico Tocantins – Bairro Quilombo – Cuiabá- MT – CEP – 78.015.808. Horário de Funcionamento: de segunda a sexta, em horário de 08:00 às 17:00 – Telefone (s): (65) 3318-6595.

5.1.2 Por ocasião da entrega do objeto, deverão ser fornecidos os manuais, especificações e acessórios necessários à sua utilização se houver, bem como os esclarecimentos e informações técnicas pertinentes e em estrita consonância com o Termo de Referência.

### **5.2. DO PRAZO DE ENTREGA:**

5.2.1. A entrega do objeto deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, e contados do recebimento da Ordem de Serviço/fornecimento, sempre acompanhada do respectivo documento fiscal, devidamente datado e assinado pelo Fiscal do Contrato.

### **5.3. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

#### **5.3.1 Das condições de fornecimento:**

5.3.1.1 Os equipamentos deverão ser entregues devidamente montados e instalados, sem ônus para a Contratante;

5.2.1.2 Os equipamentos elétricos deverão funcionar com carga de energia elétrica cuja voltagem esteja compreendida entre 220volts;

5.2.1.3 A Contratada, durante a vigência da garantia dos equipamentos, além de fornecer manual do usuário em língua portuguesa, se compromete a dar suporte e/ou orientações acerca dos equipamentos, sempre que a contratante julgar necessário;

5.2.1.4 Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de documentação técnica completa necessária para instalação, configuração e utilização do mesmo e de todos os seus periféricos, além da disponibilização de drivers dos dispositivos;

5.2.1.5 A Contratada deverá descrever detalhadamente as garantias, compatíveis com a finalidade do equipamento;

5.2.1.6 A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos objeto do presente Termo de Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos de funcionamento e operação, escritos em língua portuguesa e também disponibilizados em mídia eletrônica (CD/DVD), o que será verificado pelo usuário, quando da respectiva entrega. Caso os referidos documentos sejam apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o português.

5.2.1.7 Todos os produtos deverão atender às normas estabelecidas pelo Ministério da saúde;

5.2.1.8 Na ausência de especificação de cores poderão ser adotadas as cores: branco, cinza ou inox;

5.2.1.9 Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade, rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

5.2.1.10 Todos os documentos devem estar em língua portuguesa.

5.3.2 Das condições de Recebimento:

5.3.2.1 Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei nº 8.078 de 11/09/90, a apresentação dos equipamentos deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre as características, marca, procedência, número do lote, qualidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem e outros, bem como sobre os riscos que apresentar em à saúde e à segurança dos usuários, quando for o caso;

5.3.2.2 Os recebimentos, serão realizados na forma do art.73, inciso II da Lei nº 8.666/93 e respectivas alterações, a saber:

Provisoriamente: A comprovação do recebimento no momento da entrega dos equipamentos no local definido pela SMS, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações e condições constantes neste Termo de Referência, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da respectiva entrega.

Definitivamente: A comprovação do recebimento e fará mediante apresentação do atesto de recebimento dos equipamentos, que o fará conforme termo circunstanciado, emitido conforme modelo anexado ao Edital e assinado por servidor público devidamente habilitado.

Rejeitado: Caso seja constatado, que estes não estejam em consonância como Edital e seus anexos, ou com a Legislação vigente.

5.3.2.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do produto, nemético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

5.3.2.4 Após a instalação do equipamento o termo de aceitação deverá ser preenchido e impresso pela Contratante e assinado pela Contratada.

5.3.2.5 Os produtos deverão ser entregues indiscutivelmente de acordo com as especificações técnicas e demais disposições contidas na proposta da licitante e no Edital e seus anexos que precedeu e integra o ajuste, não sendo permitido, o recebimento de produtos fora das especificações em desconformidade com Edital;

5.3.2.5 Contratante se reservado direito de solicitar que os produtos sejam testados por profissional capacitado.

5.3.2.6 Os produtos deverão indiscutivelmente ser "novos", "sem uso".

5.3.2.7 No ato da entrega, caso os equipamentos cotados tenham saído de linha, deverão ser entregues àqueles que substituíram os antigos modelos, ou seja, os mais atualizados/superiores, existentes no mercado, sem ensejar ônus para a ECSP, devendo ser fornecidos os respectivos comprovantes sobre a descontinuidade dos equipamentos ou de componentes, ficando, todavia, a aceitação da substituição, a critério da Contratante, que poderá o fazer, desde que não resulte nenhum tipo de prejuízo à Administração.

5.3.2.8 A Contratante notificará a Contratada por escrito, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento dos equipamentos, sobre os itens que deverão ser substituídos, para que a troca ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. A não reposição no prazo estabelecido constitui motivo para rescisão do contrato.

5.3.2.9 Caberá à contratada arcar com as despesas de embalagem, frete e despachos inerentes aos itens a serem substituídos, inclusive seguro.

5.3.2.10 As especificações dos equipamentos serão consultadas através do registro apresentado, junto ao banco de dados da ANVISA;

5.3.2.11 As caixas contendo os equipamentos não poderão ser abertas, a não ser pelo técnico da Contratada devidamente credenciado e identificado, pois isso poderá ocasionar a perda da garantia do(s) equipamento(s);

5.3.2.12 A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as condições deste Termo de Referência e de seus Encartes.

#### 5.3.3 Do Transporte, Entrega e Instalação:

5.3.3.1 A licitante deverá elaborar sua proposta compreendendo TODOS OS CUSTOS, inclusive, tributos, frete, carga e descarga, seguro, montagem, instalação, comissionamento (se houver) e partida dos equipamentos, treinamento, assistência técnica e garantia.

5.3.3.2 Os transportes dos equipamentos deverão ser efetuados de acordo com o disposto abaixo:

a) Toda e qualquer despesa com despacho, frete, seguro e demais despesas para transporte dos produtos ficara a cargo da contratada;

b) A Contratada se responsabiliza integralmente por quaisquer avarias, riscos, violações e eventuais problemas ocorridos durante o transporte da mercadoria até a sua efetiva entrega.

5.3.3.3 Os produtos deverão ser entregues com frete CIF e outros custos envolvidos, na Unidade de Saúde indicada pela ECSP, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do recebimento da nota de empenho, devendo os mesmos ser entregues à Comissão de Recebimento, em data e horário previamente agendados junto a SMS, como determina o §8º, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial;

5.3.3.4 A Notas de Empenho poderá vir acompanhada de Autorização de Entrega que conterà, no mínimo, as seguintes informações:

a) Numeração própria e sequencial;

b) Nome da entidade beneficiada e seus respectivos prepostos e endereços (local de entrega e instalação);

c) Quantidades de equipamentos a serem entregues por beneficiário;

d) Data e assinatura do Gestor da Contratante e do Preposto da Contratada.

5.3.3.5 O serviço de montagem deverá estar incluído no prazo máximo de entrega de 30 (trinta) dias corridos contados da data de recebimento da Nota de Empenho.

5.3.3.6 Será de responsabilidade da Contratada a instalação e montagem dos equipamentos, correndo às suas expensas todos os custos referentes às mesmas, devendo fazer parte do procedimento de instalação e montagem, a capacitação técnica, no local, para os futuros usuários dos equipamentos adquiridos.

5.3.3.7 Nos primeiros 10(dez) dias úteis do período de vigência do Contrato, poderão ser marcadas, pela Contratante, reuniões com a Contratada para:

a) Formalizar os documentos e arquivos eletrônicos para troca de informações entre Contratante e Contratada;

b) Detalhar o processo de entrega e instalação dos equipamentos, do qual resultará um cronograma de entrega e instalação, observando os procedimentos e prazos definidos neste Termo de Referência, e compreendendo o repasse, pela Contratante para a Contratada, do endereçamento do local de entrega e instalação dos equipamentos;

5.3.3.8 A data de entrega poderá prorrogada desde que haja pedido formal da Contratada devidamente justifica do e seja acatado pela Contratante, caso contrário, não sendo deferido o pedido, a Contratante determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação;

5.3.3.9 A critério da Contratante, a entrega poderá ser parcelada.

#### 5.3.4. DA GARANTIA:

5.3.4.1 Relativo a garantia e assistência técnica considerar-se-á o seguinte vocabulário:

5.3.4.1.1 Prazo de Garantia de Funcionamento: é o período em meses, dentro do qual, nas condições registradas na Proposta Técnica e constantes do respectivo Termo de Garantia, a

Contratada compromete-se em manter os equipamentos por ela fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada e nas condições e configurações constantes deste Termo de Referência.

5.3.4.1.2 Atendimento Técnico: é a presença, no local de instalação dos conjuntos, de técnico da Contratada ou de seus prepostos;

5.3.4.1.3 Chamado Técnico: é a solicitação feita pela Contratante ou por seu preposto, através de telefone ou de outra forma acordada com a Contratada, para a realização de um Atendimento Técnico;

5.3.4.1.4 Consulta Técnica: é qual quer contato feito através de telefone, fax ou rede de computadores, para consulta, esclarecimento ou orientação;

5.3.4.1.5 Prestadora de Serviços: é a própria Contrata da ou uma empresa legalmente constituída, por ele contratada, especializada na prestação de serviços de assistência técnica e/ou montagem/integração de equipamentos e aplicativos;

5.3.4.1.6 Help-Desk: é uma instalação da Contratada ou de empresa autorizada por esta, capaz de atender imediatamente (on-line) consultas e chamados técnicos por telefone, obrigatoriamente, fax ou rede de computadores, alternativamente, que deve estar disponível todos os dias úteis de 08:00 às 18:00, horário de Brasília (DF);

5.3.4.1.7 Horário de Assistência Técnica: é o período das 8:00 às 18:00, de acordo como horário de cada unidade da federação, durante o qual um serviço está disponível para o público, de segunda-feira a sexta- feira;

5.3.4.1.8 Manutenção Corretiva: é o conjunto de ações realizadas para recolocar os equipamentos sem seu perfeito estado de uso, compreendendo substituições de peças, ajustes e reparos, incluindo a reinstalação de sistema operacional e aplicativos, quando esta necessidade decorrer de problema de hardware;

5.3.4.1.9 Preposto da Contratada: é um representante da Contratada, devidamente constituído, com poderes para executar qualquer tipo de serviço técnico ou tomar decisões de caráter administrativo em relação à garantia do objeto desta licitação.

5.3.4.1.10 Prazo de Reparo: é o período, em dias úteis, transcorrido entre o Chamado Técnico e o efetivo restabelecimento do funcionamento dos equipamentos, isto é, o prazo no qual a Contratada compromete-se a restabelecer o funcionamento dos equipamentos/conjuntos, que forneceu nas condições deste Termo de Referência, do Edital de Pregão e do Contrato;

5.3.4.2 Havendo necessidade de interrupção dos serviços por desmobilização dos equipamentos para manutenção corretiva com espaço de tempo superior a 24 horas, durante o período de garantia, a fornecedora deverá ofertar opção de continuidade dos serviços, como a disponibilização de outro equipamento que supra a demanda pelo período necessário.

5.3.4.3 A Contratada deverá garantir assistência técnica para os equipamentos, no respectivo local de entrega, através de representante credenciado; a assistência técnica deverá ser prestada no local onde o equipamento for instalado;

5.3.4.4 O fornecimento dos equipamentos, objeto da presente aquisição compreenderá todos os itens relacionados e partes componentes, mesmo os não mencionados explicitamente, porém, necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos a que se refere este Termo de Referência;

5.3.4.5 Para efeito de cumprimento da garantia, quando da instalação dos equipamentos, a empresa Contratada deverá utilizar método de lacre que garanta a identificação da violação dos equipamentos durante o prazo de garantia, obrigando-se a efetuar a troca a cada atendimento ao equipamento. Toda operação de lacre do equipamento, deverá ser identificada na ordem de serviço, ou documento equivalente, da empresa responsável pela instalação/manutenção do equipamento, com a assinatura data dado responsável pela unidade beneficiada, identificado no documento. Cópias desses documentos devem ser entregues aos responsáveis do Contratante e da Contratada no ato da assinatura;

5.3.4.6 Para os equipamentos, entende-se por perfeito funcionamento quando, após



atendimento, os equipamentos estiverem operacionais conforme exigido por este Termo de Referência, e as demais funcionalidades idênticas às das instaladas em fábrica;

5.3.4.7 A Contratada poderá requerer isenção do compromisso de garantia sobre o equipamento quando o(s) equipamento(s) em questão estiver (em) como lacre de garantia violado e sua composição divergente da amostra entregue como referência para a Contratante;

5.3.4.9 O recebimento do Chamado Técnico por preposto da Contratada implica no início da contagem do prazo de reparo;

5.3.4.10 O Prazo de Reparo não poderá exceder a 02 (dois) dias úteis;

5.3.4.11 Os Chamados Técnicos devem ser precedidos de tentativa de diagnóstico por intermédio de consulta aos técnicos especialistas dos fornecedores;

5.3.4.12 Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um relatório detalhado cuja cópia ficará à disposição da Contratante, pelo prazo divergência do Contrato, do qual conste, no mínimo:

- a) Local no qual a assistência técnica foi acionada;
- b) Nomes dos responsáveis pelo chamado, pelo atendimento e pela comprovação do restabelecimento de funcionamento, com as assinaturas de todos;
- c) Descrição do (s) equipamento (s) envolvido(s), inclusive com modelo, número de série e outros códigos identificadores;
- d) Descrição da (s) anormalidade (s) observada(s);
- e) Providências tomadas e reparos efetuados;
- f) Confirmação da recolocação do lacre por parte do técnico do atendimento, devidamente assinada pelo responsável pelos equipamentos;
- g) O status final do atendimento da assistência técnica que foi prestada;

5.3.4.13 Mensalmente deverá ser fornecido, ao Contratante, um arquivo eletrônico com todos os chamados técnicos realizados no período, juntamente com um relatório analítico com as informações citadas acima e sintético (estatística por tipo de atendimento e relação dependências), demonstrando os Atendimentos Técnicos, impresso e em mídia magnética, em formato a ser acordado entre as partes); esses relatórios poderão ser substituídos por página de serviços de informações na Web, desenvolvida pela Contratada, desde que forneça as mesmas informações e que permita o download dos arquivos mencionados;

5.3.4.14 Os Atendimentos Técnicos deverão ser realizados durante o horário de Assistência Técnica. Poderão ser executados em outros dias e horários, dependendo de prévio acordo entre a Contratante e Contratada;

5.3.4.15 É facultado à Contratada elaborar planos de manutenção e suporte que incluam treinamento especializado para os locais de instalação dos equipamentos/conjuntos, visando maximizar a eficiência das Consultas Técnicas, minimizarem necessidade de Chamados Técnicos etc., desde que tais treinamentos não impliquem ônus para a Contratante. Mediante acordo prévio, as instalações das unidades beneficiadas poderão ser colocadas à disposição da Contratada para realização dos treinamentos em tela.

5.3.4.16 Relativo a garantia dos produtos, a Contratada deverá ainda:

- a) Observar e atender às especificações de garantia dos produtos fornecidos, em todos os aspectos;
- b) Realizar, no ato da entrega, a Certificação de todos os equipamentos adquiridos;
- c) Garantir eventuais defeitos de fabricação por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de recebimento ou conforme os limites estabelecidos pelo fabricante e usualmente praticados pelo mercado afim, quando estes forem superiores ao período mínimo, contados do recebimento definitivo dos equipamentos.



d) Fornecer produto que atenda aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90(Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

5.3.4.17 A Contratante poderá, a qual quer tempo, solicitar documentos, informações e treinamentos para operadores, relativas ao produto ofertado

5.3.4.18 Os produtos que apresentar defeito de fabricação durante o período de garantia deverá ser trocado pelo fornecedor, sem ônus para a Administração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados da notificação;

5.3.4.19 Todos os produtos devem estar de acordo com as normas da ABNT e/ou normas internacionais, quando for o caso, deforma a atender as resoluções, portarias e outros dispositivos legais estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

5.3.4.20 Compreende-se na garantia, a obrigatoriedade de disponibilização pela Contratada, de profissional técnico especializado para que, no mínimo uma vez a cada 24 (vinte e quatro) meses, e/ou quando solicitado, compareça ao local de instalação do equipamento e realize a manutenção preventiva e/ou corretiva, às suas expensas e risco, sem custos adicionais a Contratante, inclusive com a retirada e o transporte do equipamento, caso necessário, e a troca de peças, que garanta o seu pleno e original funcionamento, em todo o território nacional.

## 5.5. DA SUBCONTRATAÇÃO:

5.5.1 É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto da contratação, salvo a devida autorização da ECSP, nos termo do art. 78 da Lei Nº 13.303/2016.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 Além daquelas determinadas no Termo de Referência, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura Contratada, também se incluem os dispositivos a seguir:

a) Comunicar a **Contratante**, verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quais quer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior;

b) Assinar/Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da convocação formal;

c) Substituirá mercadoria, no prazo de até **30 (trinta) dias corridos**, após notificação formal, que estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresentarem vício de qualidade.

d) Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e transporte do objeto desta Licitação, desde a fábrica até o local de entrega previsto neste Instrumento Convocatório;

e) Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos materiais/bens com as devidas garantias inclusas, não podendo repassar nenhum dos itens desta licitação a outra empresa;

f) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive para fiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente contratação;

g) Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total na entregados materiais/bens;

h) Caso, a qual quer tempo a **Contratante** ou a **Contratada**, sejam favorecidas com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão e numa redução de preço;

i) Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

j) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas

condições;

k) Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para suporte aos equipamentos no Hospital Municipal contemplado, disponível até o término do prazo de garantia do último equipamento instalado;

l) Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência;

m) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

n) Responsabilizar-se pelo fornecimento, entrega e instalação dos equipamentos, objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, viera, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros;

o) Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a Contratada estar ciente das normas técnicas dos vários órgãos normatizadores e regulamentadores (ANVISA, ABNT, etc.) correspondentes às demandas descritas no Termo de Referência, anexado ao Edital;

p) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do Contrato e também às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento.

## **6.2 Compromete-se ainda a Contratada as seguintes obrigações:**

a) Fornecer no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato, o detalhamento técnico quanto às necessidades de pré-instalação do equipamento, instruindo quanto às instalações de rede elétrica, água e esgoto, aterramento, temperatura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, partículas ou poluentes, proteção ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e ao funcionamento do equipamento e proteção ao meio-ambiente;

b) Entregar toda a documentação técnica e explicações que permitam a manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade da solução divergente;

c) Fornecer e instalar apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado;

d) Responsabilizar-se por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos equipamentos e peças ou defeitos de software/firmware, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças/software/firmware que se fizerem necessárias sem ônus;

e) Disponibilizar, quando da entrega do equipamento, sua documentação técnica detalhada de todas as partes/peças, itens, subitens, acessórios e periféricos que compõem o objeto de licitação;

f) Entregar, no ato da entrega do equipamento, os manuais de serviço e de operação, ambos em português ou acompanhado de tradução, para cada item distinto do objeto da licitação. Podendo, entretanto, exigir sigilo em função do seu direto à propriedade industrial ou intelectual;

g) Garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data de aceitação dos equipamentos, a disponibilidade de peças de reposição e de insumos, comprometendo-se a fornecê-los no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento do pedido da Empresa Cuiabana de Saúde Pública;

h) Fornecer uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade). A relação deverá estar anexada à proposta comercial;

i) Realizar treinamento técnico para os técnicos da Engenharia da Empresa Cuiabana de Saúde

Pública, para conhecimento das partes internas do equipamento;

j) Prestar treinamento operacional aos colaboradores técnico-assistenciais da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, para conhecimento operacional do equipamento.

## **7. CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1 São obrigações da Empresa Cuiabana de Saúde Pública:

7.2 Supervisionar, monitorar e fiscalizar o cumprimento das obrigações fixadas para a fornecedora, e para os seus profissionais, registrando, registrando as ocorrências e eventuais deficiências relacionadas com a execução, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando, formalmente, à fornecedora quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.

7.3 Permitir o acesso dos representantes ou profissionais da fornecedora ao local de prestação de serviços, desde que devidamente identificados, proporcionando todas as facilidades para que a empresa fornecedora possa desempenhar, por meio dos profissionais, os serviços contratados.

7.4 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos;

7.5 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.6 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.7 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Fornecedor, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.8 Efetuar o pagamento à Fornecedor no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

7.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Fornecedor, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **8. CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

8.1 Serão designados por meio de portaria, os responsáveis abaixo para efetuarem o acompanhamento e eventual fiscalização:

FISCAL DE CONTRATO	<b>Nome:</b> <b>CPF:</b> <b>RG:</b> <b>Matrícula:</b> <b>Cargo/Lotação:</b>
SUPLENTE DE CONTRATO	<b>Nome:</b> <b>CPF:</b> <b>RG:</b> <b>Matrícula:</b> <b>Cargo/Lotação:</b>

**8.2** Caberá ao Fiscal, conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pela empresa CONTRATADA, encaminhando-a diretamente à Gerência de Planejamento e Finanças da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, a fim de providenciar a Nota de Liquidação.

**8.3** O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da entrega e recebimento do objeto do contrato.

**8.4** A verificação da adequação dos produtos entregues deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo.

**8.5** A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade do material, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no artigo 81, § 1º da Lei 13.303/2016;

**8.6** O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;

**8.7** O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 82 a 84 da Lei nº 13.303/2016.

**8.8** As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

**8.9** Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos produtos para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

**8.10** O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto.

**8.11** Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da aquisição realizada.

**8.12** O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação de serviços.

**8.13** A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, AINDA que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o artigo 76 da Lei nº 13.303/2016

## **9. CLÁUSULA NONA - DA NOTA FISCAL/FATURA E DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM**

9.1 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota de Empenho e deverá conter as seguintes discriminações:

- j) Razão Social;
- k) Número da Nota Fiscal/Fatura;
- l) Data da Emissão;
- m) Nome da Unidade Hospitalar;
- n) Descrição do Material;
- o) Quantidade, preço unitário, preço total;
- p) Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta corrente);
- q) Número do Contrato;
- r) Número do Empenho.

9.2 A Nota Fiscal deverá ser protocolada pela **CONTRATADA** no **PROTOCOLO CENTRAL ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ – SEDE DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA**, com as devidas certidões fiscais vigentes com direcionamento a Diretoria Administrativa e Financeira – DAF;

9.3 A data de apresentação da Nota Fiscal será registrada nos autos do processo no sistema informatizado de controle de processo;

9.4 Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida a Contratada para as necessárias correções informado o motivo que motivaram a sua rejeição.

9.5 Somente após o recebimento da Nota Fiscal devidamente corrigida é que se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua reapresentação.

9.6 Deverá obrigatoriamente fazer acompanhar da Nota Fiscal, todas as certidões de regularidade fiscais, devidamente válidas:

- g) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- h) Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da Contratada, **observando que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participações de licitações públicas;**
- i) Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;
- j) Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);
- k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- l) Lista de Inidôneas do TCU;

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO**

10.1. O pagamento será efetuado em até no máximo 30 (trinta) dia após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, obedecendo ao cronograma de desembolso previsto no Decreto Estadual nº 1.349/2018;



10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à prestação de serviços, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência.

10.7. Constatando-se, a situação de irregularidade da Fornecedora, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Fornecedora, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao órgão fiscal.

10.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365} = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

11.1 Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de 12 (doze) meses;

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes da contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

**Órgão:** 16 – Secretaria Municipal de Saúde

**Gestão/Unidade:** 501 – Empresa Cuiabana de Saúde Pública

**Fonte de Recurso:** 659 – Demais Recursos Vinculados Destinados a Saúde

**Programa de Trabalho:** 2432 – Ações de Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatoriais- HMC

2433 – Ações de Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatoriais- HMSB

**Elemento de Despesa:** 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.024 de 2019 e/ou da Lei nº 13.303 de 2016, o licitante/adjudicatário que:

13.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

13.1.2 apresentar documentação falsa;

13.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

- 13.1.4** ensinar o retardamento da execução do objeto;
- 13.1.5** não manter a proposta;
- 13.1.6** cometer fraude fiscal;
- 13.1.7** comportar-se de modo inidôneo;
- 13.1.8** deixar de entregar parcialmente ou total do objeto.

**13.2.** Consideram-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

**13.3.** O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a. Multa de até 10% (por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no CIM e SICAF, pelo prazo de até dois anos;

**13.4.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

**13.5** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto em Lei nº 13.303/2016.

**13.6** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**13.7** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CIM (Municipal) e SICAF (União).

**13.8** As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

#### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO**

**14.1.** Constituem motivo para rescisão do contrato, por sua inexecução total ou parcial, desde que de maneira motivada, os seguintes casos:

- I - de forma unilateral, após decisão transitada em julgado em processo administrativo onde será garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo assegurados eventuais direitos ao contratado;
- II - por acordo entre as partes, desde que conveniente a ambos e não gere prejuízo à ECSP;
- III - por determinação judicial.

Parágrafo único: Constituem motivos para a rescisão contratual, de forma unilateral, dentre outros:

- I – o não cumprimento, total ou parcial, das especificações referentes à execução contratual, ou o seu cumprimento irregular;
- II – a desobediência dos prazos de execução, inclusive os referentes ao seu início; I

II – a suspensão da execução contratual sem justa causa e prévia comunicação por parte da Contratada;

IV – nas situações que tornam a relação contratual inviável ou indesejável, desde que resultantes de caso fortuito ou força maior, regularmente demonstrado em processo administrativo;

V – **subcontratação, cessão ou transferência do objeto contratual não admitidos no edital ou no contrato;**

VI – dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, bem como decretação de falência ou instauração da insolvência civil da Contratada;

VII – alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que, a nova situação prejudique a execução contratual;

## **15. CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS VETAÇÕES**

15.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

## **16. CLÁSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS E DA PUBLICAÇÃO**

16.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço eletrônico <http://www.tce.mt.gov.br/> em até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo máximo de vinte dias, daquela data.

16.2 Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e as demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 13.303/2016, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

## **17 CLÁSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

17.1 A Contratante e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto padrão de ética durante todo o período de vigência do contrato e de execução do objeto contratual.

17.2 O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei 13.303/2016, na Lei nº 10.520/2002 se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluídas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

17.3 A Contratada assume todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Hospital Municipal São Benedito - Empresa Cuiabana de Saúde Pública não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado.

17.4 A Contratada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na rescisão do contrato e do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17.5 É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Contratante.

## **18 CLÁSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO**

18.1 As Controvérsias decorrente deste contrato serão dirimidas no foro da Justiça Estadual de Mato Grosso, Comarca de Cuiabá, com renúncia de qualquer outro.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas:

Cuiabá – MT, xx de XXXXXXXX de 202X.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA



### ANEXO III

#### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. \_\_\_\_/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.0XX.XXX/2022-1**

Aos \_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de \_\_\_\_\_, a **EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA**, por intermédio da sua Diretoria Executiva, com sede na Rua Orivaldo M. de Souza, s/n - Ribeirão do Lipa, na cidade de Cuiabá. /Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o 21.873.611/0001-14, neste ato representada pelo seu Diretor, o Sr. \_\_\_\_\_, nomeado pelo ato n. \_\_\_\_/2021, de \_\_\_\_/2021, publicada no Diário Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso de 30 de setembro de 2020, portador da matrícula funcional n. \_\_\_\_\_, exercendo o cargo de Diretor Geral, CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.303/2016, Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 7.892/2013, no Decreto municipal nº 5456/2014 e demais normas legais correlatas,

RESOLVE:

**REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS SETORES ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DRº LEONY PALMA DE CARVALHO – HMC E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO – HMSB, AMBOS GERIDOS E ADMINISTRADOS PELA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E SEUS ANEXOS**, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela (Nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo seu \_\_\_\_\_, (nacionalidade), (estado civil), Portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, expedida pela \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado em \_\_\_\_\_.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

**1.1.** A presente Ata tem por objeto **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER OS SETORES ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DRº LEONY PALMA DE CARVALHO – HMC E HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO – HMSB, AMBOS GERIDOS E ADMINISTRADOS PELA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES DESCRITA NESTE TERMO E SEUS ANEXOS.**

**1.2.** Itens registrados:

a) valor Item R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

b) Valor total do Lote R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

c) Especificação e quantitativos:

Item	Descrição	Unid. de Medida	Quant.	Valor Unt.	Valor Total
01	<b>APARELHO DE ANESTESIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparelho com O2, Ar e N2O Canalizados</li> <li>• Ligações de Cilindro do tipo Pin-index;</li> <li>• Válvula de segurança contra excesso de pressão endotraqueal;</li> <li>• Vaporizadores para Isoflurano, Sevoflurano com capacidade mínima de 220 ml, mostrador de carga com marcação de carga máxima e carga mínima;</li> <li>• Equipamento para aplicação em Pacientes do tipo: Neonatal, Pediátrico, Adulto e Obeso</li> </ul> <b>Ventilação:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo de ventilação por Volume, Pressão, SIMV e PSVPro;</li> <li>• Gama de pressão paciente: -20 a 120 CMH2O;</li> <li>• Gama de alarmes de alta pressão 12 a 100 CMH2O;</li> <li>• Gama de volume corrente: 5 a 9999ML;</li> <li>• Intervalo de ajuste volume corrente: 20 a 1500ML;</li> <li>• Volume minuto de 0 a 99,9 Litros;</li> <li>• Faixa de Peep: 0-30 cmH2O</li> <li>• Faixa de Frequência Respiratória: 4 – 100 rpm;</li> <li>• Recipiente de cal sodada com capacidade mínima de 800g;</li> </ul> <b>Estrutura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composto de</li> </ul>	Und	05	R\$ ---	R\$ ---

	gabinete com no mínimo 2 gavetas; • 04 Rodas de aproximadamente 13 cm com freio nas frontais, • Conexões interface rs-232 e atualização de software por dispositivo externo; Alimentação 220V ou bivolt.				
...	...	...	...	...	...
Valor Total: R\$ R\$ _____, ____ (_____)					

**1.3** O presente instrumento não obriga a ECSP a firmar a contratação dos serviços nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições.

**1.4** Integram o presente instrumento, independentemente de transcrição, a Proposta da LICITANTE, o Edital do Pregão Eletrônico nº **XX/2022**, e demais elementos constantes no Processo nº \_\_\_\_\_.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, sendo que durante este período, a licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação exigidas na licitação;

2.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP deverão ser assinados no prazo de validade desta Ata e terão sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos contratuais, obedecido ao disposto na Lei nº 13.303, 30 de junho de 2016.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Empresa Cuiabana de Saúde Pública - ECSP, tanto no seu aspecto operacional quanto nas questões legais.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

4.1 Os licitantes vencedores serão convocados para assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de 03 (Três) dias, contados a partir da data de homologação do certame, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados.

4.2 O prazo estabelecido no inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela ECSP.

4.3 É facultado à ECSP, quando o licitante vencedor convocado não assinar a Ata no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.4 A recusa injustificada do licitante vencedor ou dos classificados no cadastro reserva em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido no inciso 4.1 desta, ensejará a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na legislação de regência.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, HORÁRIO, EXIGÊNCIAS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5.1 Conforme item 05 do Termo de Referência (Anexo I) e Cláusula 05 da Minuta do Contrato (Anexo II) deste Edital.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

6.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013, cabendo à ECSP promover as negociações junto ao(s) fornecedor(s).

6.2. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o LOTE, respeitadas à legislação, observando-se o seguinte:

6.3. O(s) preço(s) registrado(s) e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(s) ficarão disponíveis aos interessados na ECSP, bem como serão publicados na forma da Lei;

6.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a ECSP convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.6. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.7 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a ECSP poderá:

6.7.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.7.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.8. Não havendo êxito nas negociações, a ECSP deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.9. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.9.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.9.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela ECSP, sem justificativa aceitável;

6.9.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.9.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de licitar e/ou celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.9.5. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.9.1, 6.9.2 e 6.9.4 será formalizado por despacho da ECSP, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.10.1. Por razão de interesse público; ou

6.10.2. A pedido do fornecedor.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

7.1. Esta Ata poderá ser aderida, durante sua vigência, por qualquer órgão ou entidade, no âmbito estadual ou municipal, responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016, desde que devidamente justificada a vantagem e mediante concordância por parte da ECSP.

7.2. A manifestação da ECSP fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da utilização da ata de registro de preços,

7.3. Os órgãos ou entidades não participantes, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar a ECSP para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

7.4. As autorizações de adesões desta Ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

7.5. Os quantitativos decorrentes das adesões desta Ata não excederão, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

7.6. Caberá ao licitante, observadas as condições estabelecidas nesta Ata, optar pela aceitação ou não da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e/ou futuras decorrentes desta Ata, assumidas tanto com a ECSP quanto com os órgãos participantes, quando existirem.

7.7. Após a autorização da ECSP, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada, em até 90 (noventa) dias, observado o prazo da vigência da ata.

7.8. É de competência do órgão ou entidade que aderiu à ata, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo licitante das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências à ECSP.

7.9. Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, descrever no seu pedido:

7.9.1. A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;



7.9.2. A estimativa de quantidades a serem utilizadas no prazo de validade do registro;

7.9.3. O preço unitário e total do estimado a ser utilizado;

7.9.4. A quantidade total a ser aderida, do lote;

7.9.5. O prazo de validade de registro de preço;

7.9.6 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a frequência, periodicidade, características dos produtos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados por parte do prestador.

7.9.7. Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1 Conforme item 06 do Termo de Referência (Anexo I) e Cláusula 07 do Contrato (Anexo II) deste Edital.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA ECSP**

9.1 Conforme item 07 do Termo de Referência (Anexo I) e Cláusula 07 da Minuta do Contrato (Anexo II) deste Edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

10.1 Conforme item 08 do Termo de Referência (Anexo I) e Cláusula 08 da Minuta do Contrato deste Edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

11.1 Conforme item 17 do Termo de Referência (Anexo I) e Cláusula 12 da Minuta do Contrato (Anexo II) deste Edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO**

12.1 Conforme item 10 do Termo de Referência (Anexo I) e Cláusula 10 da Minuta do Contrato (Anexo II) deste Edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.024 de 2019 e/ou da Lei nº 13.303 de 2016, o licitante/adjudicatário que:

13.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

13.1.2 apresentar documentação falsa;

13.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

13.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.5 não manter a proposta;

13.1.6 cometer fraude fiscal;

13.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

13.1.8 deixar de entregar parcialmente ou total do objeto.

13.2 Consideram-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

13.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a. Multa de até 10% (por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no CIM e SICAF, pelo prazo de até dois anos;

13.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

13.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto em Lei nº 13.303/2016.

13.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CIM (Municipal) e SICAF (União).

13.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços;

15.2. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente Registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da ECSP.

15.3 A divulgação do extrato da Ata de Registro de Preços ocorrerá por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço eletrônico <http://www.tce.mt.gov.br> e/ou veículo de comunicação oficial.

15.4 O Edital e seus anexos, a proposta da empresa classificada em primeiro lugar e demais elementos do processo, todos pertencentes ao certame que deu origem a esta ata, são partes integrantes desta.

15.5 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por esta ata de registro de preços.

15.6. Os contratos decorrentes desta ata de registro de preços poderão ser alterados, observados os prazos e limites para supressões e acréscimos dispostos na Lei nº 13.303/2016.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO**

16.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá - MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

(ASSINATURAS)

## ANEXO IV MODELO DE PROPOSTA

Processo Administrativo n. \_\_\_\_\_

Pregão Eletrônico n. \_\_\_\_\_

Objeto: \_\_\_\_\_

Data da Sessão: \_\_\_\_\_

A empresa: \_\_\_\_\_, devidamente inscrita no CNPJ n. \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, por meio do seu representante legal, infra-assinado, apresenta a seguinte proposta comercial, conforme especificações abaixo:

Item	Descrição	Unid. de Medida	Quant.	Valor Unit	Valor Total
01	<b>MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA UNIVERSAL</b> Mesa cirúrgica universal que permita grande diversidade de procedimentos cirúrgicos. base e coluna: confeccionadas em chapa de aço cromo/níquel. O sistema de funcionamento da mesa cirúrgica deverá ser eletromecânico, livre de óleo (sistemas hidráulicos), sendo seu acionamento eletromecânico, movimento manual com acionamento elétrico efetuado através de controle remoto com fio (ou por controle remoto sem fio) e painel de controle localizado na coluna da mesa. Funções mínimas do controle remoto: elevação/descida do tampo; trendelemburg/trendelemburg reverso; inclinação lateral direita e esquerda; tecla de segurança que nivela o tampo da mesa automaticamente (posição zero); movimento do segmento do dorso (elevação e descida); movimento do segmento das pernas (elevação e descida travamento do deslocamento longitudinal do tampo; indicação de); recarga das baterias; indicação ligado/desligado; movimento de flexão e reflexão do tampo; botão para ligar e desligar da mesa; deve possuir painel de controle (tipo membrana) localizado na coluna para acionamento elétrico dos movimentos da mesa, o acionamento deve ser feito pressionando duas teclas simultaneamente a fim de evitar o acionamento	Und	04	R\$ ---	R\$ ---

	<p>involuntário do painel. o painel de controle deve possuir indicação visual do posicionamento do paciente na mesa, indicação visual da carga das baterias, indicação visual da posição nivelada do tampo da mesa (posição zero); indicação visual se a mesa está conectada à rede. Deve também possuir indicadores acústicos para indicar mensagens de erro e confirmação de posicionamento da mesa. Chassi: blindado oferecendo maior resistência à mesa deve ser confeccionado em chapa de aço inoxidável cromo níquel com acabamento escovado. O chassi deve possuir um encaixe de tal forma que permita o posicionamento do intensificador de imagens rente ao piso e rente a coluna da mesa para utilizações em cirurgias que utilizam o tampo na posição mais baixa. Tampo: confeccionado em material rádio transparente montado sobre estrutura de aço inoxidável, permitindo a utilização do intensificador de raios-x. tampo dividido em 05 (cinco) seções: cabeceira bi articulada, duas seções de dorso (dorso superior e dorso inferior), assento, e seção de pernas (bi-partidas), inclusive com dispositivo de abertura e afastamento de pernas com capacidade de abertura de até 90 graus. Incluindo régua laterais em aço inoxidável para montagem de acessórios em toda a extensão do tampo. rodas: quatro rodas duplas de 4" (10 cm) a 6" (15 cm). Freio com sistema de acionamento mecânico central nas quatro rodas inclusive com comando de direcionamento para melhor movimentação da mesa. O sistema de rodas deve permitir um fácil deslocamento do produto. Deve permitir que os pés do cirurgião se encaixem por debaixo da mesa proporcionando um posicionamento mais ergonômico para toda a equipe médica. Estofados:</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>devem proporcionar segurança e conforto ao paciente. Devem ser fabricados em material eletrocondutivo e resistente a desinfetantes. Movimentos eletromotorizados com acionamento através do controle remoto e painel de controle localizado na coluna da mesa: ajuste de elevação: 600 a 950 mm; inclinação lateral: +/- 25 graus; trendelemburg/ reverso: +30 / - 35 graus; dorso: +80 / -40 graus; pernas: +90 / -95 graus; posição zero motorizada (nivelamento da mesa); posição flex e reflex motorizado; deslocamento longitudinal do tampo manual com acionamento elétrico no controle remoto: min. 270 mm; equipada com bateria que permite sua utilização na falta de energia elétrica, realizando aproximadamente 80 movimentos. sistema de indicação de carga com alarme e indicação de recarga em andamento através de dispositivo óptico. Acessórios que devem acompanhar o produto: par de apoio de braço, par de apoio de pernas, conjunto de estofados, controle remoto com fio, haste narcose. Dimensões mínimas exigíveis: comprimento do leito: 2260 ± 10mm, largura do leito: 582 ± 10mm, carga máxima permitida: Dentro da variação do peso máximo suportável, o seu mínimo deverá ser de 220kg". características elétricas: tensão de alimentação: 220 vac - 60hz; grau de proteção de líquidos: ipx4, baterias recarregáveis. classe i. Acessórios que compõem cada mesa: a empresa deve fornecer todos os acessórios para o pleno funcionamento do equipamento e todos acessórios devem ser originais do aparelho. 01 par apoio de braços com comprimento mínimo de 450 mm, ajustável na altura e movimento semicircular com colchão; 01 controle remoto com cabo; 01 placa de cabeça de dupla articulação; 01 placa de</p>				
--	--	--	--	--	--



	apoio de pernas bipartida; 01 placa de extensão dorsal; 01 par de perneiras do tipo goepel com fixadores na mesa para posição litotômica. cinta para fixação do paciente; 01 suporte de cabeça para cirúrgica neuro (tipo ferradura); 01 kit acessórios para procedimento ortopédico (tração completo). A mesa atende e possui certificação das normas ABNT e IEC - IEC 60601-1; EC 60601-1-2 e IEC 60601-2-46				
...	...	...	...	...	...
<b>Valor Total R\$ _____, ( _____ )</b>					

**1)** Declaro para os devidos fins que estão inclusas na proposta todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, lucro, frete, garantia, embalagem, transporte, armazenagem, tarifas, deslocamento de pessoal, lucro, seguro para entrega do bem no local indicado, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, não sendo admitido pleito posterior em decorrência da exclusão de quaisquer despesas incorridas.

**2)** A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Validade da Proposta: \_\_\_\_\_

Prazo de entrega: \_\_\_\_\_

Cuiabá-MT, XX de XXXX de 2022

Assinatura do Representante Legal

Nome: \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_

## ANEXO V

### MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(PAPEL TIMBRADO DO EMITENTE DO ATESTADO)

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ/MF nº \_\_\_\_\_, Inscrição Estadual N°. \_\_\_\_\_ estabelecida na rua e/ou avenida \_\_\_\_\_ nº. \_\_\_\_\_, Telefone: \_\_\_\_\_, atesta para os devidos fins que a Empresa \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, fornece/forneceu o objeto desta licitação, abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

01. \_\_\_\_\_;
02. \_\_\_\_\_;
03. \_\_\_\_\_.

Cidade/MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
Representante Legal da Empresa emitente desse atestado e sua assinatura

**RG e CFP/MF:**

## ANEXO VI

### **REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Eu, \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade R.G. nº \_\_\_\_\_ SSP/\_\_\_\_ e inscrito no CPF/MF nº \_\_\_\_\_, representante da empresa \_\_\_\_\_, CNPJ/MF nº \_\_\_\_\_, solicitamos na condição de **MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, quando da sua participação na licitação, modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. \_\_\_\_/2022** seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 49 e seguintes da **Lei Complementar n.º 123/2006 e artigo 31 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 192/2009 de 05 de outubro de 2009.**

**Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.**

**Declaramos também que:**

**( ) somos optante do simples nacional.**

**( ) NÃO somos optante do simples nacional.**

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, **CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.**

Cidade/MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

**Assinatura do representante legal sob carimbo**

**RG:**

**CPF:**

**CNPJ/MF da empresa**

## ANEXO VII

### MODELO DE DECLARAÇÃO (EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

**A**

**EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA**

**Ref: PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. \_\_\_\_\_**

**TIPO: MENOR PREÇO**

\_\_\_\_\_, (Nome da Empresa) CNPJ Nº. \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_, nº. \_\_\_\_\_, bairro, \_\_\_\_\_, CEP \_\_\_\_\_, Município/Estado \_\_\_\_\_, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- Estamos cientes da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma da Lei 13.303/16;
- Não possuímos em nosso quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 13.303/2016, com redação determinada pela Lei nº. 9.854/1999.
- Declaramos que não existe em nosso quadro de empregados, servidores públicos ou dirigente do Município de Cuiabá e da ECSP, exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.
- Declaramos que não encontramos sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a licitação bem como demais anexos que o integram.
- Declaramos que teremos disponibilidade da equipe técnica que pertencem ao nosso quadro de funcionários, cooperados, proprietários, sócios, associados e ou prestadores de serviços, para realização dos serviços ora pleiteados.

Cidade/MT, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

**Assinatura do representante legal sob carimbo**

**RG: CPF/MF:**

**CNPJ/MF da empresa**